

İPEK İPLİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Saf ipekten mamul, Nonkapiller, örgülü ve siyah olmalıdır.
2. Dikiş materyali absorbe olmayacaktır.
3. Sütür kolay düğüm tutmalı,vücutta reaksiyon göstermemelidir.
4. İğneli tiplerde teslim edilecek malzemenin iğnesi istenilen özelliklerde olmalıdır.
5. İğneler kolay bükülmeyecek,kırılmayacak.
6. İğne sütür birleşim noktaları bire bir uyumlu olmalı kullanım anında bu noktadan kopmamalıdır.
7. İplikler kolay düğüm tutacak,düğüm emniyeti yüksek olacak,kopmayacak,tiftiklenme yapmayacaktır.
8. Keskin iğneler ciltten geçerken drenaj göstermemeli,kolayca geçiş sağlamalıdır.
9. İç ambalaj sütürün kıvrılmasını ve dolaşmasını engelleyecek şekilde hazırlanmış olacaktır.
10. İpliğin dolaşmasını engelleyici düzenek açılmadan iğneye kolayca ulaşılabilir ve portegü ile kolayca tutulabilir ve iğnenin deforme olmasını engellemek için iğnenin takılı olduğu bir keçe bulunacaktır.
11. Dikiş materyalleri 12 veya 24 adetlik orijinal kutularda olmalıdır.
12. Dikişler tek tek steril paketlerde olacaktır.
13. Malzemenin üzerinde sterilizasyon yöntemi, üretim ve son kullanma tarihleri belirtilmelidir.
14. Teslim edilecek malzemenin son kullanma tarihi malzemenin tesliminden itibaren en az 3 yıl miadlı olmalıdır.
15. İhaleye giren firmalar, teklif verdikleri her kalem için orijinal bir (1) kutu (minimum 12 adet) numuneyi istem yapan kliniğe teslim etmeli ve sutur denendikten sonra onay almalıdır.
16. Teklif veren firma teklif ettiği malzemelerin UBB Lot numarası ve barkod numaralarını faturayla birlikte teslim etmelidir.

Prof.Dr. Ömer TETİK
Kalp Damar Cerrahisi ABD
Başkanı

