

MIKRO TESLİM KATETERİ (Embolik Ajan - Dmso Uyumlu) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Universital Vein seali sistemle uyumlu olarak çalışmalıdır.
- 2) Venöz damarların perkütan yolla ven lümeni içerisinde kapatılması işlemi için uygun olmalıdır.
- 3) Bütün işlem malzemeleri ile birlikte disposable ve steril olarak son kullanıcıya teslim edilmelidir ve eksternal bir cihaz kullanımı gerektirmemelidir
- 4) Fasilalı ve sürekli modda çalışabilen tabanca set içerisinde olmalıdır..
- 5) Set içeriğinde 90 cm venöz kateter bulunmalı. Kateter her cm den işaretli rakam marker bulunmalıdır.
- 6) Set içeriğinde side port kateter, dilatör ve kılavuz tel bulunmalıdır
- 7) Bütün işlem malzemeleri ile birlikte disposable ve steril olarak son kullanıcıya teslim edilmelidir ve eksternal bir cihaz kullanımı gerektirmemelidir
- 8) Teslim kateteri PTFEE den üretilmiş olmalı 3F çapında olmalı 90-95 cm uzunluğunda olmalıdır.
- 9) Mikro teslim kateterinin kilit mekanizması bulunmalı 0,1 cc embolizan ajanı gönderebilir lock olmalıdır.
- 10) Mikro teslim uyumlu olduğu tabanca kilit mekanizmasıyla fasıllı olarak yaptığı her 5 sn lik atımda her 1-3 cm lik dammar segmentine 0,1cc seali ajan enjeksiyonu yapabilir özellikte olmalıdır.
- 11) Teslim Kateteri ile birlikte guide wire set halinde verilmelidir.
- 12) İhaleye girecek firmalar distribütör firma tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır. Bunu yetki belgesiyle göstermelidir ve bu belge ihale dökümanlarında sunulmalıdır.
- 13) İhaleye girecek firmalar en az 2 gün önceden kullanılacak malzemeyi ilgili klinikte denetip uygunluk belgesi almalıdır.
- 14) İlgili şartname maddelerine birebir uymayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 15) Teslim edilecek malzemenin son kullanma tarihi malzemenin tesliminden itibaren en az 3 yıl miadlı olmalıdır.
15. Teklif veren firma teklif ettiği malzemelerin UBB Lod numarası, SUT kodu ve barkod numaralarını faturayla birlikte teslim etmelidir.

GR 1026

Prof.Dr. Ömer TETİK
Kalp Damar Cerrahisi ABD
Başkanı