

## SEALIN AJAN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Universital Vein sealin sistemle ierisine verilebilmeli.
- 2) Venöz damarların perkütan yolla ven lümeni ierisinden kapatılması işlemleri için uygun olmalıdır.
- 3) Vein sealing sistem ierisinden verilebilmelidir.
- 4) PTFEE teslim kateterine yapışmamalı (nonadheziv) olmalıdır.
- 5) 1 cc lik şişede bulunmalıdır.
- 6) Yüksek yoğunluklu olmalıdır.
- 7) Vein sealing ajan disposable ve Etilen Oksit ile steril edilmiş olmalıdır.
- 8) Vein sealing ajan tabanca klit mekanizmasına uyumlu PTFE mikrotelim fasıllı olarak her 5 sn atımda her 1-3 cm'lik dammar segmentine 0.1 cc ajan zerkedilebilir özellikte her 10 cm'lik segmentte 0,3 cc gidecek yoğunlukta olmalıdır.
- 9) Vein sealing ajan sızdırmaz ve en az 12 ay miadlı olmalıdır.
- 10) İhaleye girecek firmalar distribütör firma tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır. Bunu yetki belgesiyle göstermelidir ve bu belge ihale dökümanlarında sunulmalıdır.
- 11) Distributor firmanın teknik ekip kadrosunda tıp doktoru ve / veya biyomedikal mühendisi bulunmalıdır.
- 12) İhaleye girecek firmalar en az 2 gün önceden kullanılacak malzemeyi ilgili klinikte denetip uygunluk belgesi almalıdır.
- 13) İlgili şartname maddelerine birebir uymayan firmaların teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.

KV 4005

Prof.Dr. Ömer TETİK  
Kalp Damar Cerrahisi ABD  
Başkanı