

AYARLANABİLİR LINEER KESİCİ-KAPATICI STAPLER KARTUŞU 55 MM

1. Disposable olmalıdır.
2. Lineer kesici stapler kartuşunun steril orijinal ambalajında olmalıdır.
3. Lineer kesici stapler kartuşunun aynı anda altı sıra zimba atma, hem de bunların ortasını kesme için kullanılmalıdır.
4. Lineer kesici stapler kartuşunun ateşleme açık bacak uzunluğu 4,3 mm olmalıdır
5. Lineer kesici stapler kartuşunun içerisinde 88 adet titanyum zimba bulunmalıdır.
6. Lineer kesici stapler kartuşunun zimba yuvası, ateşlenmeden zimbanın dökülmesini engellemek için altıgen yapıda olmalıdır.
7. Aynı kartuş normal kalınlıklardaki dokularda ,ort/kalın kalınlığındaki dokularda,kalın dokularda kapama yapılabilmelidir
8. Lineer kesici Stapler üzerindeki bıçak 440 derece paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.
9. Kesici bıçak kartuş üzerinde olmalıdır.
10. Her 20 (yirmi) kartuş için 1 adet stapler ücretsiz olarak verilmelidir.
11. Ürünün UBB kaydı ve teklif veren firmanın UBB bayilik kaydı bulunmalıdır.

Prof. Dr. Yavuz KAYA
C.B.U.T.F Genel Cerrahi A.D
Diy.Uzm.Tesc. No: 675 / 37780-52878