

## TERMOVENT T TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Kafsız, standart kafli, çift kafli, profil kafli trakeostomi tüplerine uymalıdır
- 2.Steril kutularda bulunmalıdır
- 3.Yüksek kalite kağıt materyali ısının ve nemin değişimini ayarlayabilmelidir
- 4.Çok hafif olmalıdır
- 5.Termovent oksijen bağlantı hortumu ile uyumlu olmalıdır
- 6.Malzeme UTS ye kayıtlı olmalıdır.

**Prof. Dr. Gülay OK**  
CBÜTF. Anesteziyoloji ve  
Reanimasyon A.B.D.  
Dip. Tes. No: 58499 - 56944