

TER TESTİ KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Aşağıda özellikleri belirtilen alımı yapılacak olan Ter testi kiti, hastanemizin Çocuk Alerji ve Çocuk Göğüs bölümünde kullanılan SM-01 CF Analyzer Ter Testi cihazında çalışmaya tam uyumlu olmalıdır.

- 1) Kullanılacak olan Pilocarpin HCL konsantrasyonu maksimum % 0.5 olmalıdır.
- 2) Anot elektrotlarda kullanılacak Pilocarbin HCL 2-5 g/l konsantrasyonda kullanılmalıdır.
- 3) Ter toplama işlemi ve ter analizi tek kullanımlık prob ile sağlanmalıdır.
- 4) Prob üzerinde toplanan ter miktarı en az 0,5 ul kapasitesinde olmalıdır.
- 5) Kitin içerisinde Prob ve elektrolit diskleri çıkmalıdır.
- 6) Teklif edilecek probun ömrü üretim tarihinden itibaren en az 4 yıl olmalıdır.
- 7) Ter toplama ve ölçüm probu oda sıcaklığında saklanmalıdır.
- 8) Teklif edilecek probun çapı 28mm olmalıdır. Prob altın kaplamalı ve bakır sensörlerden imal edilmiş olmalıdır.
- 9) Teklif edilecek ter testi kitinin CE onayı olmalıdır.
- 10) Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen teknik özellikleri sağlamayan firmanın teklifi red edilecektir.

