

TİMPANİK TERMOMETRE PROBU(CİHAZLI) ŞARTNAMESİ

- 1- Timpanik metotla kulak içinden ölçüm yapılmak üzere kullanılmalıdır
- 2- Problar anatomik yapıda,PVC materyalden üretilmiş olmalı ve hastaya rahatsızlık vermemelidir.
- 3- Problar cihaz haznesinin içerisine kolay yerleştirilmelidir.
- 4- Problar cihaza kolay takılabilirdir.
- 5- Problar cihazın üzerinde bulunan bırak tuşu ile kolayca atılabilirdir.
- 6- Problar tek kullanımlık olmalıdır.
- 7- Uzun süre kullanım için problar cihaz haznesinin içerisine iki kartuş sığdırılabilirdir.
- 8- İhaleyi kazanan firma aşağıdaki özelliklere sahip 60 adet cihazı Timpanik Termometre Propları hastane eczanesinde veya deposunda bulunduğu sürece kullanım için konsinye olarak verecektir.

Buna göre;

9- Termometre timpanik metotla, kulak içinden ölçüm yapmalı ve ölçüm sonucunu ekranda göstermelidir.

10-Cihaz Timpanik ölçümü seçilen modda ekrana yansıtabilmelidir. (Oral-Rektal- Timpanik- Core-Aksiller)

11-Ölçme zamanı 1-2 saniye olmalıdır.

12-Cihaz üzerindeki ölçüm tuşu büyük olmalı , sağ veya sol elle rahatça kullanılabilirdir.

13-Sıcaklık ölçüm aralığı 33.....°C-42°C arasında olmalıdır.

14-Termometrenin nabız ölçümlerinde süre tutmaya yardımcı olmak için 60 sn'lik kronometresi olmalıdır.

15- Ölçüm sonuçlarını LCD ekranda sesli ve görsel olarak göstermelidir.

16- Cihazın prob takılan uç kısmı sağlam çelik materyalden yapılmış olmalıdır.

17- LCD ekranda pilin zayıflama yada bitme durumu ile ilgili ikaz göstergesi olmalıdır.

18- 'Sleep' (uyku) modu son ölçümü kaydetmeli ve pil ömrünü uzatmalıdır.

19- Cihazın °C/°F seçenekleri olmalıdır.

20- Cihaz arka arkaya istendiği kadar ölçüm yapabilmelidir.

21- Termometre, kulak kanalı kısmına giren parçasına tek kullanımlık prob takılarak kullanılabilirdir.

Cihaz üzerinde bulunan bir tuş ile kullanılmış problar 'el değmeden ' kolaylıkla atılabilirdir.

Termometre, problemlerin yerleştirilebileceği ve elde taşınacak ,ergonomik yapıda bir aparata sahip olmalıdır.

22- Cihazların her yıl TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip Uluslararası standartlara uygun olarak, ihaleyi alan firma tarafından kalibre edilmesi sağlanacaktır.

23-Cihaz 3 AAA pil ile çalışmalıdır.Pil değişimlerini yüklenici firma bedelsiz olarak yapmalıdır.

Hastanede bir miktar yedek pil bırakılmalıdır.

24-Cihazlar kullanıcı hataları dışında (düşürülme sonucu kırılma ,sıvı kaçması ve kaybolma) 2 yıl firma garantisinde olacaktır.

25-İhaleyi alacak olan firma eğitim desteğinde bulunmalıdır.

26-İhaleyi alan firma cihazların kalibrasyonunda kullanılacak olan kalibrasyon cihazını bedelsiz olarak hastaneye teslim etmelidir.


EBU
Hemşirelik Hiz. Mdr. Yrd.
Birgül KARACA