

YENİDOĞAN ve ÇOCUK TORAKS DREN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sistem yeni doğarlarda plevral drenaj amaçlı kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
2. Kateter içinde trokar ile birlikte giriş işlemine hazır bir şekilde temin edilmelidir.
3. Kateter şeffaf PVC'den mamül olmalıdır.
4. Kateterin izlenebilmesi için üzerinde radyopak bir çizgi ve her cm'de bir derinlik işaretleri bulunmalıdır.
5. Drenaj için uç kısımda ve yanda birer adet drenaj deliği olmalıdır.
6. Kateterin kalınlığı 6F, 8F, 10 F, 12F, 14F, 16F, 20F, 24F, 28F ve 32F olarak seçilebilmelidir.
7. Kateterin kalınlığı 6F, 8F, 10 F, 12F, 14F, 16F olan toraks tüplerinin trokarlı olmalıdır.
8. Kateterin proksimalinde drenaj hattı ile bağlantıyı sağlama amaçlı dişi tip luer-lock kilit sistemi olmalıdır.
9. SGK'ya fatura edilebilmesi için UTS numaraları, barkodları ve güncel GMDN kodları bulunmalıdır.
10. İhale sırasında numune getirilmesi gereklidir.
11. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren 2 yıl olmalıdır.

Ulusal Bayar Üniv. Tıp Fak.
Prof. Dr. Can TANELİ
Dip. Tes. No: 35336
Çocuk Cerrahisi A.D.