



T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi Dekanlığı
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı



ACELE

Sayı : 25779399-930-
Konu : MUSTAFA ÇAVDAR

HASTANE BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE

Hastanemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında tedavi görmekte olan **2013494632** protokol numaralı **MUSTAFA ÇAVDAR** hasta için gerekli olan ve ekte şartnamesi gönderilen malzemelerin temini konusunda gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Prof. Dr. İsmet TOPÇU
Başhekim a.
Başhekim Yardımcısı

Ek:

- 1- FÜZYON İMP MTB MLZ İST FORM (2 sayfa)
- 2- FÜZYON İMP TŞ (1 sayfa)
- 3- HUMERUS İNTRAMEDÜLLER ÇİVİSİ (2 sayfa)
- 4- TİTANYUM HUMERUS ÇİVİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (1 sayfa)

06/02/2020 Öğretim Üyesi
06/02/2020 Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Güvenir OKÇU
Prof. Dr. Hüseyin Serhat YERCAN

Adres:Manisa Celal Bayar Üniversitesi Uncubozköy Kampüsü Manisa
Telefon:(0 236) 2338586 Faks(0 236) 2331466
E-Posta:tip@cbu.edu.tr Elektronik Ağ:http://tip.cbu.edu.tr

Bilgi İçin:Güvenir Okçu
Unvanı: Öğretim Üyesi



MALZEME İSTEK FORMU



İSTEKTE BULUNAN BİRİM :				İSTEK TARİHİ : 06.02.2020		Depo Stok Durumu		(Varsa) En Son Alım					ONAY	
Ortopedi ve Travmatoloji A.D.				İSTEK SAYISI: 1		Var	Yok	Miktar	ESKİ Fiyatı	Tarih	SUT Kodu	SUT Fiyatı	UYGUNDUR	UYGUN DEĞİLDİR
Sıra	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi	İsteğin yaklaşık kullanım süresi	İstek Nedeni									
1	EMİLEBİLEN FÜZYON İMPLANTİ	3	5 X 5 CM	ACİL..... (ay)	DEPODA YOK				1880 TL	04/08/2015	TV 5795	1880 TL		
2	EMİLEBİLEN FÜZYON İMPLANTİ	3	5 X 10 CM		DEPODA YOK				2450 TL	04/08/2015	TV 5796	2450 TL		
				 (ay)										
				 (ay)										
				 (ay)										
İstekte Bulunan Birim Sorumlusu						Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi								

..... / / 2020
Prof.Dr.SEYHUN KURŞAT

Başhekim

EMİLEBİLEN FÜZYON İMPLANTI TEKNİK ŞARTNAMESİ

SUT KODU TV 5795 ve 5796

1. Ürün fiziksel yapı olarak örgüsel ağ şeklinde, biyolojik olarak ise tamamen emilebilir yapıda olmalıdır.
2. Ürün kontrollü Hyaluranon salınımı gerçekleştirecek biomoleküler içeriğe sahip olmalı ve böylece doku içerisinde uzun süreli (16 hafta süresince) Hyalüronik asit oluşumu sağlamalıdır.
3. Kemik defektlerinde ve parçalı kırık olgularında, periost (kemik zarı) kaybının olduğu vakalarda kullanılabilirmeli ,tümör vb sebeplerle kemik kaybı olgularında, osteosentez gerekli olgularda da kullanılabilirmelidir.
4. Ürün tek parçalı kırık stabilizasyonu tedavisinde ve psüdoartroz tedavisinde kullanıma uygun olmalıdır.
5. Ürün tendon ve sinir yaralanmalarında kullanılabilirmeli ve fibröz doku oluşumunu engellemelidir.
6. Lezyon yapısına uygun olmalı , lezyon şekline göre kesilip suture edilebilmelidir.
7. Ürün çift steril ambalaj içerisinde olmalıdır.
8. Ürün defekt üzerinde parçalı ve eklemeli kullanıma uygun olmalıdır.
9. Ürün tek kullanımlık olmalıdır.
10. Ürün 0.3mm kalınlığında olmalıdır.
11. Ürün CE işaretli olmalıdır.
12. Ürün ölçüleri:

5cmx5cm: TV 5795 olmalıdır.

5cmx10cm: TV 5796 olmalıdır.

MALZEME İSTEK FORMU

İSTEKTE BULUNAN BİRİM :				İSTEK TARİHİ : 06.02.2020		Depo Stok Durumu		(Varsa) En Son Alım				ONAY		
Ortopedi ve Travmatoloji A.D.				İSTEK SAYISI: 1		Var	Yok	Miktarı	ESKİ Fiyatı	4/8/2015 Tarih	SUT Kodu	SUT Fiyatı	UYGUNDUR	UYGUN DEĞİLDİR
Sıra	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi	İsteğin yaklaşık kullanım süresi	İstek Nedeni									
1	TİTANYUM HUMERUS ÇİVİ SETİ	1		ACİL (ay)	DEPODA YOK									
	ÇİVİ	1		 (ay)					1350 TL		TV 5280	1350 TL		
	KİLİTLEME VİDASI	10		 (ay)					145 TL		TV 5500	145 TL		
	TEPE VİDASI	1		 (ay)					85 TL		TV 5380	85 TL		
				 (ay)										
İstekte Bulunan Birim Sorumlusu						Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi								

..... / / 2020
Prof.Dr.SEYHUN KURŞAT

Başhekim

2

15

TİTANYUM ALAŞIMLI HUMERUS ÇİVİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Humeral çivi titanyum yapıda olmalıdır.
- 2) Humerus cisminde uygun eğimi olmalıdır. Ayrıca düz ve eğimli modelleri bulunmalıdır.
- 3) Humerusun proksimalden de, distalin'den de çakılmaya uygun dizayn'da olmalıdır. (Antegrad veya retrograd çakılma özelliği)
- 4) Çivi proksimalin'deki delik değişik açılarda, en az 4 vida ile kilitlenebilmelidir.
- 5) Çivi distalin'deki delik oval olup dinamik yapıda olmalıdır.
- 6) 7mm ve 8mm çaplı çiviler olmalıdır.
- 7) Kilitleme vidaları tam yivli kortikal ve titanyum yapıda olmalıdır.
- 8) Çivi boyları 16 cm den 30 cm ye kadar 2'şer cm aralıklarla olmalı ve sette tamamı bulunmalıdır. 16 cm lik çivilerin distal delikleri kendi kılavuzu üzerinden kilitlenebilmelidir.
- 9) Malzemelerin sosyal güvenlik kurumuna fatura edilebilmesi amacıyla bir bütünü oluşturan tüm parçaların her birinin ayrı ayrı ulusal bilgi bankası (UBB) kod numarası ve ayrıca barkod numarası olması zorunludur.
- 10) İhale sonrasında, ihalenin uhdesinde kaldığı firma hastanın ameliyat olduğu gün faturasını "UBB kodlarını da belirterek" kesecektir. Kesilen fatura en geç 24 saat içinde hastanemiz ayniyat ve tıbbi malzeme birimine elden teslim edilmek zorundadır.

Prof Dr Güvenir Okcu
ORT VE TRAVMATOLOJİ

90 AA 155