

BI-DIRECTIONAL IRIGASYONLU RF ABLASYON KATETERİ
(KR1049)

1. Kateter 4 elektrodudur.
2. Kateter elektrod dizilimi 2-5-2 şeklindedir.
3. Kateter uzunluğu 115cm'dir.
4. Kateter kalınlığı 8F'tir.
5. Kateterin uç kısmında thermocouple sensör bulunmaktadır.
6. Kateter üzerinde bulunan noktasal deliklerden sıvı akışı sağlayarak Irrigasyonlu RF ablasyon yapabilmektedir.
7. Kateter uç elektrodu 3.5mm'dir.
8. D-F VE F-J olmak üzere bi-directional curve seçeneklerine sahiptir.
9. Kateter üzerinde bulunan elektrodlar intrakardiyak elektriksel bilgi toplamaya olanak sağlar.
10. Kateter üzerinden RF enerji verilebilir.

Doç. Dr. Bekir Serhat YILDIZ
Kardiyoloji A.D.
Dip. No: 87792-119010
Dip. No: 11111

**QUADRIPOlar FIXED KATETER
(KR1057)**

1. Kateter 4 elektrodudur.
2. Kateterin tıp elektrodu 1 mm olup elektrod dızılımlı 2-5-2 şeklindedir.
3. Kateter 6F kalınlığındadır.
4. Fix A-Josephson ve fix F-Cournand tıp curve seçenekleri vardır.
5. Poliüretan maddesinden yapılmıştır ve çift örgülü kateterin 110 ve 115 cm uzunluğunda seçenekleri mevcuttur.
6. Girintili elektrod yapısı dokuya temasını ve sinyal kalitesini artırır.

005-Dr. Bekir Serhat YILDIZ
Cerrahî Fakültesi
Kardiyoloji A.D.
Dip. No: 87792-119810
Dip. No: 31111

**KORONER SİNÜS KATETERİ
(KR1055)**

1. Kateter 10 elektrodudur.
2. Deflectable uni-directional kateterler, itme-çekme mekanizması sayesinde kolayca bükülebilir.
3. Elektrodlar Platinum/Irridium karışımı olup, dizilimi 2-8-2 şeklindedir.
4. 6F kalınlığındadır ve iki farklı curve seçeneği bulunmaktadır (D ve F).
5. Poliüretan maddesinden yapılmıştır ve örgülü kateterin uzunluğu 115cm'dir.
6. Girintili elektrod yapısı dokuya temasını ve sinyal kalitesini artırır.
7. Kateterin tip elektrodu 2mm'dir.
8. Katterin şaftında yer alan sıkıştırılmış yaylar sayesinde kateter, defleksiyon esnasında dalgalanma yapmaz.
9. Kateter, uygun kablo kullanıldığında Carto 3 sistemi tarafından otomatik olarak algılanır.
10. Kateterin şaftının iç kısmı sürekli bir performans sağlanması ve CS'ye rahat erişim olması için çift sarmallı paslanmaz çelik örgülü, uç kısmı ise daha stabil olması ve doku temasını arttırmak için tek sarmallı paslanmaz çelik örgülü yapıdadır.

Dip. No: 11111
Dip. No: 87797-119810
Kardiyoloji D. B.
Dip. No: 87797-119810
Doç. Dr. Bekir Şenar YILMAZ

[illegible]