

OKSİMETRE SABİTLEYİCİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Oksimetre flex sensörü sabitleyici Embla N7000 tipi uyku kayıt ünitesi oksimetre sensörüne uygun olmalıdır.En az 25'lik paketler halinde satılmalıdır.Üzerinde oksimetre probunun yerleştirilebileceği uygun delikleri olmalıdır.Hastaya doğru bağlanabilmesi için temsili parmak figürüne sahip olmalıdır.Kendinden yapışkanlı olmalıdır.

Prof. Dr. Hikmet YILMAZ
CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi
Nöroloji AD
Dip. Tec. No: 47226

EEG PASTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

EEG pastası disk tipi EEG elektrodlarıyla kullanılabilir olmalıdır. Suda eriyebilen ve yapışkan özellikte olmalıdır. Polyoxethylene 20 Cetyl Ether ve yüksek elektrik iletkenliğine sahip olması için kalsiyum karbonat ve potasyum klorid içermelidir.Net 400 gramlık ambalajlar halinde bulunmalıdır.

Prof. Dr. Hikmet YILMAZ
CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi
Nöroloji AD
Dip. Tec. No: 47226