

ULTRASON PROB KILIFI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Kılıf doğallatexden üretilmelidir.
- 2.Sağlam ve dayanıklı olmalıdır
- 3.Eğer kayganlaştırıcı madde içeriyor ise, içerdiği kayganlaştırıcı, yağ formunda değil, kolay temizlenen krem formunda olmalıdır.
- 4.Malzeme tek kullanımlık sarf malzemesi olarak kullanılabilmelidir
- 5.Sağlık Bakanlığınca Tıbbi cihaz olarak tanımlanmış olmalıdır.
- 6.Çap genişliği problara uygun 34mm olmalıdır.
- 7.Ultrasonografi cihazlarında bulunan gerek vajinal gerekse rektal yolla kullanılan proplar için tam bir koruyucu bariyer görevi görmelidir.
- 8.ÜTS ve UBB kayıtlı olmalıdır.
- 9.Bu işlem için de kullanılabilen normal kondamların uç kısmında bulunan ve görüntü kalitesini bozan rezervuar bölümü bulunmamalıdır.
- 10.Kılıf tek tek paketlenmiş falyalar içersinde olmalıdır.
- 11.Kuru formu olmalıdır.
- 12.Uygun ekonomik-kolay istiflenen 1000'li paketlerde olmalıdır.

Prof. Dr. İsmet TOPÇU
C.B.Ü. Tıp Fak. Anesteziyoloji ve
Reanimasyon A.D.
Diy. Tel. No : 54304 79484