


V-18 CONTROL WIRE (0.018 INCH KILAVUZ TEL)

1. V-18 Control Wire Kılavuz tel, Scitanium isimli çok özel bir alaşımdan üretilmiştir, bu sayede diğer malzemelere göre daha iyi tork verir ve telin ucunun birden çok kere şekillendirilebilmesine izin verir.
2. V-18 Control Wire Kılavuz telin proximal ve distal çapı .018 inch tir.
3. V-18 Control Wire Kılavuz telin 110 cm, 150 cm, 200 cm ve 300 cm uzunluk seçenekleri mevcuttur.
4. V-18 Control Wire Kılavuz tel, ICE® isimli çok kaygan bir Hidrofilik polimer malzeme ile kaplıdır.
5. V-18 Control Wire Kılavuz telin ucunun 2 santimlik bölümüne bir çok kereler şekil verilebilir, ayrıca şekil tutma özellikleri de mükemmel düzeydedir.
6. V-18 Control Wire Kılavuz telin distali fluoroskopi altında net bir şekilde görülecek şekilde radyopak özelliktedir.
7. V-18 Control Wire Kılavuz tel, steril ve orijinal ambalajındadır, ambalaj üzerinde sterilizasyon ve son kullanma tarihi, üretim parti seri (LOT) numarası belirtilmiştir.
8. Ürün "Ürün Takip Sistemi" (ÜTS)' ne kayıtlı olmalıdır.
9. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
10. Getirilen malzemelerin ulusal bilgi bankası kod numarası ve barkod numarası bulunması, malzeme takiplerinin yapılabilmesi amacıyla malzemelerde ayrı bir lot numarası olması zorunludur.


DR. Ü. ÜYESİ FATİH DÜZGÜN
C. Ü. Radyoloji A. D.
Tıp. No: 10884
Uzm. Tescil No: 119584