

VAKUM YARDIMLI SİRAL FORMDA KÜÇÜK BOY KAPAMA VE YIKAMASETİ

1. Vakum yardımcı spiral formda küçük boy kapama ve yıkama seti ile sistemde kullanılacak diğer sarflar ve vakum yardımcı yara kapama ve yıkama ünitesi aynı markadır ve tedavi sürekliliğini sağlamalıdır.
2. Vakum yardımcı spiral formda küçük boy kapama ve yıkama seti içindeki kapama ve yıkama seti, topikal yara solüsyonlarının yara yatağına eşit dağılımını ve çekilebilmesini sağlamalıdır. Aynı zamanda yaranın ebatlarındaki küçülmeyi takip edip data verebilen ve yara fotoğrafını gösterme özelliği olan cihazlarla sürekli ve/veya fasıllı çalıştırıldığında yara iyileşmesinden en iyi sonuç alınabilme olanağı sağlamalıdır.
3. Vakum yardımcı spiral formda küçük boy kapama ve yıkama seti içindeki kapamanın hammaddesi poliüretan ester veya benzer özellikte olan materyalden imal edilmiş olmalıdır. Bu materyal sıvı iletimini kolaylaştırma özelliğinde olmalıdır.
4. Vakum yardımcı spiral formda küçük boy kapama ve yıkama seti içindeki kapama çok eksudalı, enfekte ve kaviteli yaralarda, yara boşluğunu doldurarak kapamaya olanak tanınmalıdır.
5. Vakum yardımcı spiral formda küçük boy kapama ve yıkama setinin birincil hedefi, etkin yara hidrasyonu, yıkama ve temizlemenin yanı sıra, granülasyonun oluşturulma olmalıdır.
6. Vakum yardımcı spiral formda küçük boy kapama ve yıkama seti içindeki kapamanın, yırtılmaya ve gerilmeye karşı dayanıklılığı yüksek özellikte olmalıdır. Kapama yaradan kaldırıldıktan sonra yarada kapama partikülü kalma riskini azaltmaya yardımcı olmalıdır.
7. Vakum yardımcı spiral formda küçük boy kapama ve yıkama seti içindeki kapamanın gözenek büyüklüğü en az 400-600 mikron olmalıdır.
8. Vakum yardımcı spiral formda küçük boy kapama ve yıkama seti içindeki kapama istenilen şekilde kullanılabilmek için kesilebilir özelliğe sahip olmalıdır.
9. Vakum yardımcı spiral formda küçük boy kapama ve yıkama seti içindeki kapama süngerinin ölçüleri en az 1 cm $\pm$ 7,7 x 11,4 x 1,8 cm olmalıdır.
10. Vakum yardımcı yara kapama ve yıkama ünitesi tarafından verilen basınç şiddeti ayarlanabilir ve vakum yardımcı spiral formda küçük boy kapama ve yıkama seti hasta güvenliği için ayarlanan basınca göre çalışabilecek yeteneğe sahip olmalıdır.
11. Vakum yardımcı yara kapama ve yıkama ünitesi ile bağlantıyı sağlayacak düzenek, vakum yardımcı spiral setin içinde bulunmalıdır. Set içinden çıkan bağlantı hortumu topikal yara solüsyonlarının yara yatağına iletilmesini, solüsyonun istenen süre yara yatağında bekledikten sonra eksuda ile birlikte yara yatağından uzaklaştırılmasını sağlamalıdır.
12. Vakum yardımcı yara kapama ve yıkama ünitesi ile bağlantıyı sağlayacak düzenek, vakum yardımcı spiral setin içinde bulunmalıdır. Set içinden çıkan bağlantı hortumunun, yara bölgesine uygulanan kapamayı kaldırmadan, hastayı belirli bir süre vakum yardımcı yara kapama ve yıkama ünitesinden ayırmaya olanak tanıyacak biçimde bağlantı yeri ve klempleri bulunmalıdır. Bu sayede, istendiği taktirde hastanın tedavisine ara verilebilmelidir.
13. Vakum yardımcı spiral formda küçük boy kapama ve yıkama setinde bulunan bağlantı hortumunun içinde, tedavi esnasında uygulanan negatif basıncı algılayarak yaraya uygulanan negatif basınçta değişiklik olması halinde vakum yardımcı yara kapama ve yıkama ünitesi tarafından algılanıp uyarı vermesine olanak tanıyacak düzenek bulunmalıdır.
14. Vakum yardımcı spiral formda küçük boy kapama ve yıkama seti içerisinde bulunan drape şeffaf, steril ve hava sızdırmaz nitelikte olmalıdır. Ayrıca drape içerdiği akrilik bant sayesinde deriye güçlü bir şekilde yapışır ve iyi nem teması sağlayacak özellikte olmalıdır.
15. Vakum yardımcı spiral formda küçük boy kapama ve yıkama seti içerisinde yara cetveli bulunmalıdır. Set içinden çıkan yara cetveli yara boyutunun istenen günlerde ölçülerek vakum yardımcı yara kapama ve yıkama ünitesine kayıtlanmasını ve böylece yara boyutunun tedavi süresince izlenmesine olanak sağlamalıdır.
16. Vakum yardımcı spiral formda küçük boy kapama ve yıkama seti içerisinde sünger miktar etiketi bulunmalıdır. Sünger miktar etiketi tedavi süresince yarada kullanılan kapama adetlerinin ve kullanılan diğer sarf malzemelerinin adetlerinin yazılmasına olanak sağlamalıdır. Böylece sünger miktar etiketi sayesinde yarada kullanılan kapama adetleri kayıtlanarak yara içinde unutulması engellenir.
17. Vakum yardımcı spiral formda küçük boy kapama ve yıkama seti içerisinde cildi koruma amaçlı acısız film bariyeri bulunmalıdır. Acısız film bariyeri yara çevresine uygulanarak cilt üzerinde hava aldırıcı şeffaf bir