

VAKUM YARDIMLI TOPLAMA SETİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Vakum yardımcı toplama seti ile sistemde kullanılacak diğer sarflar ve vakum yardımcı yara kapama ve yıkama ünitesi aynı markadır ve tedavi sürekliliğini sağlamalıdır.
2. Vakum yardımcı toplama setinin vakum yardımcı yara kapama ve yıkama ünitesine bağlantı yerinde, toplama kabından vakum yardımcı yara kapama ve yıkama ünitesi tarafına doğru dışarıya koku, bakteri ve sıvı geçişini engelleyen filtreler bulunmalıdır.
3. Vakum yardımcı toplama seti içerisinde bulunan toplama kabının açık bir ucu bulunmamalıdır. Toplama kabı hiçbir şekilde açılmaz, içerisine ek düzenek ilave edilemez ve tamamen tek kullanımlık özellikte olmalıdır.
4. Vakum yardımcı toplama kabı hastanın ve sağlık personelinin güvenliği ve sağlığı göz önünde bulundurularak kolayca delinmeyecek ve kesilemeyecek özellikte üretilmiş olmalıdır.
5. Vakum yardımcı toplama seti, yıkama ve/veya görüntüleme yapabilen (yaranın ebatlarındaki küçülmeyi takip edip data verebilen ve yara fotoğrafını gösterme özelliği olan) cihazlarla çalışabilir özellikte olmalıdır.
6. Vakum yardımcı toplama seti en az 500 ml sıvı toplama kapasitesine sahip olmalıdır.
7. Vakum yardımcı toplama kabı, içinde toplanan sıvıyı jelleştirip hareket etmesini engelleyecek özellikte olmalıdır.
8. Vakum yardımcı toplama seti, kapama setinden gelen bağlantı hortumu ile tamamen uyumlu ve kolaylıkla takılır özellikte olmalıdır. Bağlantı hortumunun içinde, tedavi esnasında uygulanan negatif basıncı algılayarak yaraya uygulanan negatif basınçta değişiklik olması halinde vakum yardımcı yara kapama ve yıkama ünitesi tarafından algılanıp uyarı vermesine olanak tanıyacak düzenek bulunmalıdır.
9. Vakum yardımcı toplama seti steril olmalıdır.
10. Vakum yardımcı toplama setleri tükeninceye kadar hastane kliniklerinde kalmak ve kullanılmak üzere firma tarafından hastanenin ihtiyacı kadar vakum yardımcı yara kapama ve yıkama ünitesi ücretsiz olarak sağlanacaktır. Verilecek vakum yardımcı yara kapama ve yıkama ünitesi hasta güvenliği ve sağlığı açısından T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.
11. Mevcut cihazlarda arıza olması halinde veya ihtiyaç duyulduğunda firma tarafından daha fazla cihaz desteği 24 saat içinde sağlanmalıdır.
12. Ürün tekli orijinal ambalajlarda bulunmalı ve tek kullanımlık olmalıdır. Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi, markası, teknik özellikleri, lot numarası, T.C. Sosyal Güvenlik Kurulu kontrolünden geçmiş ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası kodu belirtilmiş olmalıdır.
13. Firma bozuk ve hatalı çıkan ürünleri yenisi ile değiştirecektir.