

VDD PASİF FİKSASYON LEAD ŞARTNAMESİ- KR(1027)

1. Lead gövdesinin maksimum kalınlığı 9 Fr olmalıdır.
2. Lead steroid salgılı olmalıdır.
3. Lead izolasyonu silikon olmalıdır.
4. Lead uzunlukları 58, 65 cm. olmalıdır.
5. Lead uç alanı 5 veya 5,8 mm², steroidli platin olmalıdır.
6. Atrial sense bipolar olmalıdır.
7. Ventrikülerpace/sense elektrodu, ile atrial sense elektrodu arasındaki uzaklık 11,5, 13,5, 15,5 seçeneklerinde olmalıdır.
8. İç iletkeni MP35N nikel alaşımı olmalıdır.

Prof. Dr. Ali Rıza BİLGE
Kalp Hastalıkları Uzmanı
38576 - 37235
