

Non Steril Entegre Transer Holder'lı İdrar Bardağı Teknik Şartnamesi

- 1) 6500 (altıbin beşyüz) adet non-steril entegre transer holderlı idrar bardağı ve 6500 (altıbin beşyüz) adet tüpleri ile birlikte alınacaktır. Teklif edilen idrar kabı ve tüpleri tam otomatik idrar analizlerinde kullanılabilen ve ürünler pnömatik sistemlerle taşınabilen özellikte olmalıdır.
- 2) Tüpler plastik malzemeden üretilmiş, santrifüje dayanaklı olmalıdır.
- 3) Tüpler 16x100 mm ebadında, 8-11 ml idrar vakumlama hacmine sahip olmalı ve yuvarlak dipli olmalıdır.
- 4) Tüplere alınan idrar numunesi, idrar stripleri ile rutin idrar biyokimyası analizlerinde herhangi bir interferans olmadan çalışılabilmelidir.
- 5) Tüpler vakumlu vida kapaklı olmalıdır. Vakumlu kapak tüpün kolay açılmasını sağlamalı ve tekrar kapanmasına imkan vermelidir. Kapak şekli tüp içindeki numunenin bulaşmasına, sıçramasına karşı koruma sağlamalıdır.
- 6) Yüklenici teklif edeceği idrar kabı, tüpün kapak tipine uygun olmalıdır.
- 7) İdrar kapları en az 60 ml hacimli olmalıdır.
- 8) İdrar kapları sızdırmaz kapaklı, üzerine etiket yapıştırmaya elverişli olmalıdır.
- 9) Numune kabının üzerinde numune miktarını gösteren ml cinsinden ölçek bulunmalıdır.
- 10) Teklif edilen ürünün içindeki numunenin dökülmesini engellemek için vida kapaklı olmalı ve kapak üzerine entegre edilmiş idrar transer holder bulunmalıdır.
- 11) Kapak üzerine entegre edilmiş idrar transer holder'ın üstü kontaminasyon riskini önlemek için etiket ile kapatılmış olmalıdır.
- 12) Teklif edilen idrar kaplarının non steril idrar kabı olarak temin edilecektir.

Prof. Dr. Ece ONUR
C.B.U. Tıp Fakültesi
Tıbbi Biyokimya A.D.
Dip. Tes. No: 59829-49177

Doç. Dr. Yeşim Güvenc DEMİRAGCI
M.C.B.U. Tıp Fakültesi
Tıbbi Biyokimya A.D.
Dip. Tes. No: 61071 - 58642

Doç. Dr. Yeşim Güvenc DEMİRAGCI
M.C.B.U. Tıp Fakültesi
Tıbbi Biyokimya A.D.
Dip. Tes. No: 61071 - 58642

Steril Entegre Transer Holder'lı İdrar Bardağı Teknik Şartnamesi

- 1) 3500 (üçbin beşyüz) adet non-steril entegre transer holderlı idrar bardağı ve 3500 (üçbin beşyüz) adet tüpleri ile birlikte alınacaktır. Teklif edilen idrar kabı ve tüpleri tam otomatik idrar analizlerinde kullanılabilen ve ürünler pnömatik sistemlerle taşınabilen özellikte olmalıdır.
- 2) Tüpler plastik malzemeden üretilmiş, santrifüje dayanıklı olmalıdır.
- 3) Tüpler 16x100 mm ebadında, 8-11 ml idrar vakumlama hacmine sahip olmalı ve yuvarlak dipli olmalıdır.
- 4) Tüplere alınan idrar numunesi, idrar stripleri ile rutin idrar biyokimyası analizlerinde herhangi bir interferans olmadan çalışılabilir.
- 5) Tüpler vakumlu vida kapaklı olmalıdır. Vakumlu kapak tüpün kolay açılmasını sağlamalı ve tekrar kapanmasına imkan vermelidir. Kapak şekli tüp içindeki numunenin bulaşmasına, sıçramasına karşı koruma sağlamalıdır.
- 6) Yüklenici teklif edeceği idrar kabı, tüpün kapak tipine uygun olmalıdır.
- 7) İdrar kapları en az 60 ml hacimli olmalıdır.
- 8) İdrar kapları sızdırmaz kapaklı, üzerine etiket yapıştırmaya elverişli olmalıdır.
- 9) Numune kabının üzerinde numune miktarını gösteren ml cinsinden ölçek bulunmalıdır.
- 10) Teklif edilen ürünün içindeki numunenin dökülmesini engellemek için vida kapaklı olmalı ve kapak üzerine entegre edilmiş idrar transer holder bulunmalıdır.
- 11) Kapak üzerine entegre edilmiş idrar transer holder'ın üstü kontaminasyon riskini önlemek için etiket ile kapatılmış olmalıdır.
- 12) Teklif edilen idrar kaplarının steril idrar kabı olarak temin edilecektir.
- 13) İdrar bardakları tek tek ambalajlarda olmalıdır.
- 14) Her ambalajın üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi ve lot numaraları yazılı olmalıdır.

Prof. Dr. Hürri GAZİ
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tescil No: 127809

Prof. Dr. Sinem AKCALI
Celal Bayar Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji AD
Dip.Tes.No: 69173 Uzmanlık Tes. No: 65384