

YENİDOĞAN VENTİLASYON HASTA DEVRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Hasta devresi hastanemiz bünyesinde kullanılan DraegerBabylog VN500 ve DraegerBabylog 8000 plusventilatör cihazlarına uyumlu olmalıdır.
- Hasta devresi Fisher&Paykel nemlendiriciye uyumlu olmalıdır.
- Hasta devresi yenidoğan hastaların ventilasyonunda kullanılır olmalıdır.
- Hasta devresi 134 derecede otoklav edilebilir yapıda çok kullanımlık olmalıdır.
- Hasta devresi lateks içermeyen silikon yapıda olmalıdır.
- Hortumlar şeffaf olmalı ve kink olmasını engelleyici şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
- Hasta devreleri cihazların self testleri esnasında ve kaçak testleri esnasında komplikasyon ve resitzans testlerinden geçebilmelidir.
- Hasta devresi tek bir paket içerisinde aşağıdaki aksesuarlardan oluşmalıdır :
 - 110 cm silikon pediyatrik hortum, 100 cm silikon pediyatrik hortum,
 - 35 cm silikon pediyatrik hortum,
 - Test ciğeri,
 - Yenidoğan hortumları için su tutucu
 - F& P adaptör
 - Çift koni 11A
 - 11 boy trakeal tüp konnektörü,
 - T parça adaptör, sıcaklık sensörü için delikli konektör
 - Hortum ısıtıcı 110 cm
 - Esnek 20 cm korruge hortum
 - Pediatrik 50 cm silikon hortum
- Hortumların takma ve çıkartma esnasında yıpranmasını engellemek için longsleeve tarzında olmalıdır.
- Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
- Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır. Firmalar satmış oldukları ürün için yetki belgesi sunmalıdır.
- Teklif veren firmaların ISO sertifikası olmalıdır.
- UBB kaydı olmalıdır.

Prof. Dr. Muzaffer POLAT
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Pediyatrik No: 10000000000000000000
Dip. No: 22140. Tes. No: 36884-51155