

RF ABLASYON KATETERİ (KR1043)

1. Kateter 4 elektrodlu olmalıdır.
2. Kateter elektrod dizilimi 1-7-4 şeklinde olmalıdır.
3. Kateter uzunluğu 115cm olmalıdır.
4. Kateter üzerinde bulunan elektrodlar intrakardiyak elektriksel bilgi toplamaya olanak sağlamalıdır.
5. Kateter üzerinden RF enerji verilebilmelidir.
6. Kateter kalınlığı 7F olmalıdır.
7. Kateter uç elektrodu 4mm olmalıdır.
8. D-F ve F-J olmak üzere bi-directional farklı curve seçeneklerine sahip olmalıdır.

Prol. Dr. Mustafa Örcan SOYLU
Cep Telefonu: 0532 500 5074
E-posta: mustafa@orcansoylu.com.tr
Dip. Tes. No: 00000000000000000000

MALZEME/HİZMET ALIMI İSTEK FORMU

(.....KARDI'YOLOJI ANJIYO LAB.....)

[illegible]