

ZOR ENTÜBASYON(ELASTİK BUJİ) BUJİSİ ŞARTNAMESİ

1. Bujî entübasyonu zor olan hastalarda ve entübasyon tüpünün değıştirilmesi sırasında kullanılmak için dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Bujî ucu yerleştirmeyi kolaylaştırmak amaçlı eğimli(coude tip) ve atravmatik yapıda ucu yuvarlatılmış olmalıdır.
3. Bujî herhangi bir bükölme olduğunda tekrar eski halini almalıdır.
4. Bujî üzerinde kolaylıkla yerleştirilmesini sağlayan derinlik işareti cm olarak bulunmalıdır.
5. Pediatrik Bujî, 4 numaradan 6 numaraya kadar olan endotrakeal tüplerle , Yetişkin bujî ise 6 numaradan 11 numaraya kadar olan endotrakeal tüplerle kullanılabilmelidir.
6. Ürün Non-Latex olmalıdır
7. Ürün düşük yoğunluklu polietilen malzemeden üretilmiş olmalıdır.
8. Bujî endotrakeal tüplerle kolayca kullanılabilmelidir.
9. Yetişkin 15Fr Pediatrik ise 10 Fr olmalıdır.
10. Bujî biyouyumlu olmalıdır.
11. Bujinin uzunluğuş Yetişkin ve Pediatriklerde 70 cm olmalıdır.
12. Malzeme steril orjinal ambalajında olup, ambalaj üzerinde son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
13. Numuneye göre uygunluk verilecektir.

Yrd. Doç. Dr. Adnan Bilge
Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Diplomada No: 10926
No: 97805