

# DISPOSABLE STERİL ANJİYOGRAFİ ÖRTÜ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

## Set içerisinde

- 2 adet 150X 100 alet masa örtüsü
- 1 adet 150X 300 anjiyografi örtüsü
- 2 adet standart cerrahi önlük
- 1 adet kompres
- 5 adet ayrı ayrı paketlenmiş ve 10 lu spanç paketleri
- 1 adet perine örtüsü
- 1 adet havlu
- 2 adet sert su kabı bulunmalıdır
- 1 adet ucunda sünger bulunan (Polividon iyot sürmek için) plastik veya tahta el aleti olmalıdır
- 1 adet şeffaf anjiyografi tüp kamera kılıfı

**Anjiyografi örtü setinde kullanılan malzeme su geçirmez olmalı, saydam ya da yarı saydam olmamalıdır.**

**Set içerisindeki malzemelerin tamamı steril olmalıdır.**

**Bir adet numune kontrol amaçlı verilmelidir.**

Ferya KARADAĞ YALÇIN  
Sorumlu Hemşire



Prof. Dr. Ali Rıza BİLGE  
Kardiyovasküler Hastalıkları Uzmanı  
38576 - 37235

## DEFİBRİLATOR CİHAZI KAYIT KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KURUMUMUZDA BULUNAN NIHON KOHDEN MARKA TEC-5531K MODEL DEFİBRİLATOR CİHAZLARINDA KULLANIMA UYGUN OLMALIDIR.
2. KAĞIT KULLANMAKTA OLDUĞUMUZ CİHAZIN TERMAL YAZICI KALEMİNE ZARAR VERMEYECEK ŞEKİLDE YÜKSEK ISI HASSASİYETİNE SAHİP OLMALIDIR (HASSASİYET FIRMA TARAFINDAN GARANTİ EDİLMELİDİR).
3. KAĞIT 20 METRE UZUNLUĞUNDA 50 MM EBATLARINDA Z-KATLI ŞEKİLDE OLMALIDIR.
4. KAYITLARIN DAHA UZUN SÜRE SAKLANABİLMESİ İÇİN ALKOL BAZLI KAĞITLAR KABUL EDİLMEMEYİCEK OLUP, SU BAZLI OLAN KAĞITLAR TERCİH EDİLECEKTİR.
5. KAĞITLARIN HERBİRİ HAVA ALMAYAN AMBALAJ VEYA KUTULAR İÇİNDE OLMALIDIR.

Ferya KARADAĞ YALÇIN  
Sorumlu Hemşire



Doç. Dr. Ali Rıza BİLGE  
Göğüs Hastalıkları Uzmanı  
48576 - 37235