

## HOT PACK PEDİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Pedler sağlam kumaştan imal edilmiş olacak.
- 2-İçine konulan maddeden dolayı hastaya herhangi bir zararı olmayacak.
- 3- Pedleri asmak için askı yerleri olacak.
- 4-Pedler sağlam iplikle dikilmiş olup, aralarında sızdırma yapmayacak.
- 5-Petler Boyun ve Bel bölgesinde kullanım için uygun ölçülerde olacak.
- 6-Boy:30 cm x en:25 cm olacak
- 7-Bel petlerinde dilimlerin uzunluğu 10 cm olup, dilim sayısı 18 olmalıdır.

Prof. Dr. Canan TIKIZ  
FTR ve Fizyoterapi Uzmanı  
Dip. Tss. No: 35754  
Algoloji Uz. Tss. No: 35754  
C.B.U. Tıp Fak. FTR ABD