

INTRODUCER SHEATHS TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Introducer Sheathler 7cm, 11cm ve 25 cm alternatif uzunluklara sahip olmalıdır.
2. Introducer Sheathleri 4Fr - 14Fr ölçülere sahip olmalıdır.
3. Introducer Sheath set içinde **18x6.5 cm giriş iğnesi** olmalıdır.
4. Introducer Sheathler tek parçalı PTFE'den mamül olmalıdır, böylece kılıf içinden diğer malzemeler yumuşak bir şekilde geçiş sağlamalıdır.
5. Introducer Sheathlerin hub'ı şeffaf olmalıdır.
6. Introducer Sheathler'in yan tarafında ucunda 3 yollu musluk bulunan bir tüp daha bulunmalıdır.
7. Introducer Sheathleri 0.035" Kılavuz Tel ile kullanılabilir şekilde olmalıdır.
8. Introducer Sheathlerin içinde 45 ve/veya 80cm uzunluğunda Kılavuz Tel bulunmalıdır.
9. Introducer Sheathler 10 adetlik kutular içinde sunulmalıdır.
10. Introducer Sheathler, disposable ve kullanıma hazır steril ambalajında sunulmalıdır.
11. Teslim edilecek malzemenin son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
12. Teklif veren firma teklif ettiği ürünle ilgili numuneyi istem yapan kliniğe teslim ederek onay almalıdır.
13. Teklif veren firma teklif ettiği malzemelerin UBB, Lot numarası, SUT kodu ve barkod numaralarını faturayla birlikte teslim etmelidir.
14. KV 1285

Prof.Dr. Ömer TETİK
Kalp Damar Cerrahisi ABD
Başkanı