

DISPOSABLE STERİL ANJİYOGRAFİ ÖRTÜ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ


Set içerisinde

- 2 adet 150X 100 alet masa örtüsü
- 1 adet 150X 300 anjiyografi örtüsü
- 2 adet standart cerrahi önlük
- 1 adet kompres
- 5 adet ayrı ayrı paketlenmiş ve 10 lu spanç paketleri
- 1 adet perine örtüsü
- 1 adet havlu
- 2 adet sert su kabı bulunmalıdır
- 1 adet ucunda sünger bulunan (Polividon iyot sürmek için) plastik veya tahta el aleti olmalıdır
- 1 adet şeffaf anjiyografi tüp kamera kılıfı

Anjiyografi örtü setinde kullanılan malzeme su geçirmez olmalı, saydam ya da yarı saydam olmamalıdır.

Set içerisindeki malzemelerin tamamı steril olmalıdır.

Bir adet numune kontrol amaçlı verilmelidir.


Doç. Dr. Özgür BAKTURAN
CBÜ Kardiyoloji AD
55635 / 94256