

ARTERİYEL KANÜL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Arteriyel kanül üzerinde akım kesme, açma anahtarı (açık, kapama kilitleme sistemi) olmalıdır.
2. Kateteri teflon olmalıdır.
3. Kateteri silikon yağı ile kaplı olmalıdır.
4. Kateterin dış çapı 1 mm, iç çapı 0.79 mm. olmalıdır.
5. Kateter size 20 G olmalı, kateter uzunluğu 45 mm. olmalıdır.
6. Getirilen numuneler anestezi ekibi tarafından denendikten sonra kullanıma uygunluğu tespit edilecektir.
7. ÜTS'ye kayıtlı olmalıdır.

Yrd. Doç. Dr. Ali K. K. K.
CBÜTF Anest. ve Rean. AD
Dip. No: 8843 - Tescil No: 180366

BOŞALTMALI PVC HEMOVAK ŞARTNAMESİ

Hemowak 3 parçadan oluşmaktadır;

A-Rezervuar

B-Arabağlantı

C-Redon Dren ve Trokar

A-REZERVUAR

1. 200cc veya 400cc Körüklü Rezervuar olacaktır.
2. Körüklü Rezervuar çift giriş ve çıkışlı olacaktır.
3. Bir adet giriş deliği ve tıpası olacaktır.
4. Hortumun giriş deliği yivli(vidalı)olacaktır.Ara bağlantı kolay girilip kesinlikle çıkmayacaktır.
5. Rezervuar Boşaltılabilir olmalıdır.

B-ARABAĞLANTI

1. Arabağlantı hortumu olacaktır.Rezervuara giren kısım dişi yivli bağlantı aparatı olacaktır.Rezervuara uyumlu olacaktır ve kesinlikle çekince rezervuardan ayrılmayacaktır.
2. Üzerinde klep olmalıdır.
3. Redonların takılacağı uygun kornektör olmalıdır.

C-REDON DREN VE TROKAR

1. Bir adet PVC redon dren ve uygun bir adet trokar olacaktır isteğe göre trokar iki adet olmalıdır.
2. Xraylı ve 50cm olacaktır.
3. Redon dren kısmı delikli olacaktır delikler 8-10 adet olacaktır uç kısmındaki delikler büyük diğer delikler ufak ve oval şekilde olacaktır.Daha iyi emme sağlayabilmek için.
4. **Redon dren ebatları 14F olmalıdır.**

• Hemowak parçalarından redon dren ve ara bağlantı hortumu medikal pakete ve bu paket rezervuarla birlikte ikinci medikal kağıd içinde ağzı kapalı bulunacaktır.

- 4 yıl miadlı olmalıdır.
- Steril tek pakette olacaktır.
- ISO ve CE belgeleri olacaktır.

SUT: OR1630