

Kilitli enjektör

1. 1 kutu içinde 100 adet şeklinde olmalıdır.
2. Steril paket içinde olmalıdır.
3. Enjektör formu: 1ml şeklinde olmalıdır.
4. Enjektör formu: 2,5ml şeklinde olmalıdır.
5. Enjektör non-pyrogenic olmalıdır.
6. Enjektör tek kullanımlık olmalıdır.
7. Enjektör paketi üzerinde lot, ref ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.
8. CE sertifikasına sahip olmalıdır.

Prof. Dr. Gülşim GENÇÖZEL
6566295094
C.B.U. Dermatoloji A.D

Mezoterapi serumları Teknik şartname

1. Flakonlar steril olmalıdır.
2. İntradermal uygulamaya uygun olmalıdır.
3. PH ve fizyolojik açıdan dengelenmiş olmalıdır.
4. Büyüme faktörü içermelidir.

Prof. Dr. Gülşim Zeynep
85662-95084
C.B.U. Dermatoloji A.D.

Dolgu maddesi Teknik şartname

1. Enjektörler steril olmalıdır.
2. Uygulamaya hazır enjektörlerde paketlenmiş olmalıdır.
3. İntradermal ve subdermal uygulamaya uygun olmalıdır.
4. PH ve fizyolojik açıdan dengelenmiş olmalıdır.
5. Hyalunorik asit içermelidir.

Prof. Dr. Gökçim GENÇOĞLAN
85662-95094
C.B.Ü. Dermatoloji A.D.