

OKSİJEN KANÜLÜ ŞARTNAMESİ

1. PVC olmalıdır.
2. Buruna takılan oksijen seti ince olmalıdır.
3. Etilenoksit ile steril edilmiş olmalıdır.
4. Kanül gözlük şeklinde kulağa takılarak sabitlenmelidir.
5. Disposable olmalıdır.
6. UBB kaydı bulunmalıdır.
7. 5 adet numune teslim edilecektir
8. 2 adet numune şahit numune olarak değerlendirilecektir


CBU
Hemşirelik Hiz. Mdr. Yn.
Birgul KARACA



DISPOSIBLE SIDESTREAM SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
(cocuk nebul maske)


- 1- Jet nebulizer(NEB) seti, disposable(tek kullanımlık) özelliğinde olmalıdır.
- 2- Jet NEB seti hastanemiz servislerinde kullanılan kompresörlü nebulizer cihazlarına ve standart nebulizör kullanımına uygun çıkışlara sahip olmalıdır.
- 3- Jet NEB setinin içerisinde. Ağızlık, hortum ve ilaç haznesi bulunmalıdır.
- 4- Jet NEB ilaç haznesinin hacmi max.10 ml. olmalıdır.
- 5- Jet NEB seti kullanılan nebul solüsyon formundaki ilaçların aerosol halindeki partikül boyları, %50'si için 3 mikronun altında olmalıdır.
- 6- Jet NEB seti kullanılan nebul formundaki ilaçların aerosol halindeki "respirable output" değeri, %80'i için 5 mikronun altında olmalıdır.
- 7- Jet NEB seti reziduel hacmi(ölü hacim), ilaç kaybını önleyebilmek için 0.5ml- 0.7ml'den fazla olmamalıdır.
- 8- Jet NEB seti 2ml-2.5ml nebul solüsyon formundaki ilaçları en fazla 6-7 dakika içinde bitirebilmelidir.
- 9- Jet NEB seti, uluslararası standartlara uygun olmalı ve uluslararası standartlara uygunluk belgeleri istenildiğinde gösterilmelidir.
- 10- Jet NEB seti nebul solüsyon formundaki bronkodilatör, kortikosteroidler, antiinflamatuvar ilaçlar, mukolitikler ve antibiyotiklerin kullanımına uygun olmalıdır.İstenildiğinde bu tür ilaçların kullanımına ilişkin belge ve literatürler sunulabilmelidir.
- 11- En az 5 numune telsim edilecektir
- 12- 2 adet şahit numune teslim edilecektir.
- 13- Jet NEB seti; istenildiğinde, aerosol haline getirdiği, bilinen tüm ilaçların partikül boyları ile ilgili literatür ve çalışmalar sunulmalıdır.Sunulan literatürler, ERS-Eurepan Respiratory Society (Avrupa Solunum Birliği), İngiliz ve Amerikan Toraks Derneği, Respiratory Medicine, Chest, European Respiratory Journal gibi dünya standartlarını belirleyen kurumlar ve hakemli bilimsel tıbbi yayınlardan referanslı olmalıdır.

CBU
Hemşirelik Hiz. M. ...
Birgül KAPACI



OKSİJEN MASKESİ (YETİŞKİN) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Maske delikli ve filtreli olmalıdır
2. Maske ağız ve burunu içine alabilmelidir.
3. Disposable olmalıdır
4. Merkezi sisteme şeffaf bir hortumla bağlanmalıdır.
5. Etilenoksit ile steril edilmiş olmalıdır
6. Maske beyaz renkli olmalıdır. Saydam, yumuşak, kokusuz ve vinilden olmalıdır.
7. Kenarları ve oksijen girişi yüz tahrişini en aza indirmek için pürüzsüz olmalıdır.
8. Maske dirençsiz solunum vermeye ve oksijenle çevre havasını aynı zamanda solunum alınmasına izin vermeyi sağlayacak delikleri içermelidir.
9. Maske çeneye uyumlu ve oturacak tarzda uzun ve çıkıntılı olmalıdır.
- 10..Maske yanlarından kolaylıkla kulak arkasına geçirilebilecek şekilde lastikli olmalı ve başa tespit edilebilir olmalıdır
- 11.Lastik ufak zorlama ile kolay kopmamalıdır.
- 12.Maskenin üst orta kısmında buruna göre şekillendirilebilen ince tel olmalıdır.
- 13.Ürüne onay verilmeden önce istekli firma tarafından en az 5 adet numune verilecektir
- 14.Ürün komisyon tarafından değerlendirildikten sonra onaylanacaktır
- 15.2 adet numune şahit numune olarak değerlendirilecektir.
- 16.UBB kaydı olmalıdır.

CBU
Hemşirelik Hizmetleri
Birgül KARACI


PEDİATRİK OKSİJEN MASKESİ ŞARTNAMESİ

1. Maske delikli olmalıdır.
2. Burun kısmı sıkıştırabilmek için metal bir parça olmalıdır.
3. Lastikli olmalı ve başa tespit edilebilmelidir.
4. Ağız ve burunu içine alabilecek özellikte olmalıdır.
5. Disposable olmalıdır.
6. Merkezi sisteme bağlanabilmesi için şeffaf bir hortumu olmalıdır.
7. Maske beyaz renkli olmalıdır. Saydam, yumuşak, kokusuz ve vinilden olmalıdır.
8. Kenarları ve oksijen girişi yüz tahrişini en aza indirmek için pürüzsüz olmalıdır.
9. Maske dirençsiz solunum vermeye ve oksijenle çevre havasını aynı zamanda solunum alınmasına izin vermeyi sağlayacak delikleri içermelidir.
10. Maske çeneye uyumlu ve oturacak tarzda uzun ve çıkıntılı olmalıdır.
11. Maske yanlarından kolaylıkla kulak arkasına geçirilebilecek şekilde lastikli olmalı ve başa tespit edilebilir olmalıdır.
12. Lastik ufak zorlama ile kolay kopmamalıdır.
13. Ürüne onay verilmeden önce istekli firma tarafından en az 5 adet numune verilecektir.
14. Ürün komisyon tarafından değerlendirildikten sonra onaylanacaktır.
15. 2 adet numune şahit numune olarak değerlendirilecektir.
16. UBB kaydı olmalıdır.
17. Steril olmalıdır.
18. CE belgesi olmalıdır.

CBÜ
Hemşirelik Hiz. Mdr. Yrd.
Birgül KARAGÖZ

