

TEE229A KBB AMAÇLI SUBMUCOSAL UPP PROBU
TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 01.Prop, KBB uygulamalarında Submucosal UPP işlemlerini gerçekleştirebilmelidir.
- 02.Prop uzunluğu min. 8.00cm (+/- 1.00 cm) olmalıdır.
- 03.Prop şaftı 1/16 veya 3/32 inç olmalıdır.
- 04.Uygulama ucu alanı ısıya dayanıklı ve ısıyı hızlı iletebilecek bir metaryelden yapılmalıdır.
- 05.Prob ucu uygulama emniyeti için teflon ile kaplı olmalıdır.
- 06.Prop, steril ve tek bir ambalaj içinde bulunmalıdır.
- 07.Kullanım miadı minumum 2 (iki) yıl olmalıdır.
- 08.Teklif verecek firmalar TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalı ve bu belgenin asıl veya suretini teklifle birlikte vermelidirler.