

Glokom İmplantı Teknik Şartnamesi

1. Ürün glokom cerrahisinde göz içi basıncı düşürmek için üretilmiş olup sub-konjunktival ab-interno yöntem ile uygulanabilmelidir.
2. Ürün, enjektörü ile beraber tek kullanımlık üretilmiş olup steril olarak implantasyona hazır olmalıdır.
3. İmplantasyon tekniği glokom cerrahisinde görülebilecek komplikasyonları en aza indireyecek şekilde 27 gauge'luk bir iğne ile uygulanabilmelidir.
4. Uygulama sonrası uzun dönemli etkililik için implantın doku uyumlu jelatin materyalden üretilmiş olmalıdır.
5. Cerrahi girişim sırasında kullanılacak implantın uzunluğu 6 mm, dış çap 150 µm ve iç lümen çapının da 45 µm olmalıdır.
6. UBB koduna sahip olmalıdır.

Yrd. Doç. Dr.
Hüseyin MAYALI
C.B.U. Tıp Fak. Göz Hec.
Dipl. No.: 11723