


FLUOROSKOPİ KILIFI TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Şeffaf polietilen malzemedan yapılmış olmalıdır.
2. Kılıf kenarı sert olmayan lastik geçirilmiş olmalı ve tablaya rahatça geçirilmesini sağlamalıdır.
3. Boyutları; en az 120 çap olmalıdır.
4. Eto sterilizasyon yöntemi ile steril edilmelidir.
5. Tekli paketler halinde olmalıdır.
6. En az 2 yıl miyadlı olmalıdır.
7. Yırtılmış yada uygunsuz ürün yada paketlerin firma tarafından değıştirebilir olmalıdır.


Prof. Dr. Serdar TARHAN
Uzm. Radyoloji A.D.
Dip. No : E0867
Dip. Tescil No : 36932
Uzm. Tescil No : 35271