

ÇOKLU KEMOTERAPİ İLAÇ UYGULAMA POMPA SETİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Set kemoterapi tedavilerini tekli, çiftli, dörtlü kemoterapi uygulamalarını kapalı sistemde uygulamak için tasarlanmış olmalıdır.
- 2) Set içinde oluşabilecek hava kabarcığını, hastadan seti ayırmadan hava çıkarabilme özelliğine sahip olmalıdır.
- 3) Set kaset mekanizması ile gönderim sağlamalı, gönderim doğruluğundan sapmadan, stabil ve sorunsuz olarak kullanıma uygun malzemelerden yapılmış olmalıdır.
- 4) Set, ışıktan etkilenen, duyarlı ilaçları korumak için renkli opak malzemeden üretilmiş olmalıdır. Sıvı akışı görülebilmelidir.
- 5) Set farklı hızlarda ve dozlarda tek kanaldan aynı anda ve ardışık olarak dağıtabilme özelliğine sahip olmalıdır.
- 6) Setin üzerinde bulunan sekonder sıvı girişi (2. sıvı giriş yeri) uygun setlerle mayi vermeye ve enjektörlerle kullanıma uyumlu olmalıdır. Çiftli ve dörtlü setin sekonder sıvı girişinde kapalı, iğnesiz, valflükonnektör bulunmalıdır.
- 7) Set hava kapanında hapsedilen havayı hastadan seti ayırmadan çıkarabilme özelliğine sahip olmalıdır; bu sayede sistem enfeksiyondan, ortam da kontaminasyondan korunmalıdır.
- 8) Set infüzyon pompasına bağlandığında, sıvı kabının yerden ve hastadan yüksekliğine bağımlı olmadan her türlü konumda ve yükseklikte hacimsel olarak sıvı göndermelidir.
- 9) Dörtlü setin serum giriş ucu ile damlalık haznesi arasında kalan kısmında gerekli sayıda kemoterapi uygulamasına olanak sağlayan çiftli, dörtlü kapalı, iğnesiz, valflü konnektör bulunmalıdır.
- 10) Dörtlü setin distal kısmında bulunan Y-girişte kapalı, iğnesiz, valflükonnektör bulunmalıdır.
- 11) Dörtlü set üzerinde bulunan tüm kapalı, iğnesiz, valflükonnektörler medikal dereceli materyalden üretilmiş olmalı ve sıvı geçişine ancak herhangi bir tamamlayıcı uzatma setine veya enjektöre sağlam şekilde bağlandığında izin vermelidir.
- 12) Dörtlü set üzerinde bulunan tüm kapalı, iğnesiz, valflükonnektörler iç çapı (ID) 1.55-3.00 mm arasında olan luerlock ve luer slip bağlantılarıyla uyumlu olmalı; lipid, kan ürünleri ve antineoplastik ilaçlar ve alkol, betadin ve klorheksidin gibi dezenfektanlarla ile geçinili olmalı, bu ürünlerle temasından sonra kullanımına devam edilebilmelidir.
13. Set üzerinde bulunan tüm kapalı, iğnesiz, valflü konnektörler kullandıkları sürece mikrobiyolojik bariyer sağlayabilmeli, klinik talep etmesi durumunda koruyuculuğunu gösterir belge sunmalıdır.
- 14) Damlalık haznesi içerisinde sete hava kaçmasını engelleyecek özel bir mekanizmaya sahip olmalıdır.
- 15) Cihazları sağlayacak olan firmanın Teknik Servis Bölümü olmalı ve bu teknik servis ISO 9001:2000 Belgesi olmalıdır.
- 16) Setin ambalajı üzerinde Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı ve onaylanmış ürün numarası (barkod) bulunmalıdır.
- 17) Sette gönderim doğruluğunun sağlanması için set ile pompa aynı marka olmalıdır.
- 18) İthalatçı üstlenen firma ışıktan korumalı ve iğnesiz konnektörlü ilaç transfer seti ürününden alımı yapılan set adedinin 2 katı kadar bedelsiz teslim edecektir.
- 19) Şartname maddeleri tek tek ve sırasıyla cevaplandırılmalıdır.

Prof. Dr. Mustafa POLAT
Tıbbi Şeyh ve Hastane Uzmanı
Tıbbi Şeyh ve Hastane Uzmanı
Dr. Mehmet Ali Kaya

Prof. Dr. Hüseyin GÜLEN
Cemal Bayar Ünlü Top. Fak.
Pozitif Halkla İlişkileri Uzmanı
Dr. Hüseyin GÜLEN
Tıbbi Şeyh ve Hastane Uzmanı

TEK KULLANIMLIK SEDYE ÖRTÜSÜ

1. Sıvı geçirmez özellikte olmalıdır.
2. Sedyeden kaymamalıdır.
3. Ölçüleri 220cmx90cm olmalıdır.
4. Nonwoven kumaştan yapılmış olmalıdır.
5. Kan, alkol gibi ürünleri absorbe etmeli, alta geçirmemelidir.
6. Tek kullanımlık olmalıdır.

Prof. Dr. Mustafa POLAT
D. Tıp Fak. Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı
E-posta: mpolat@trk.net.tr
T. 0324 451 55 55

TEK KULLANIMLIK OTOSKOP UCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Tek kullanımlık olmalıdır.
- 2 -Kliniğimizde kullanılan duvara monte riester riiformer marka otoskop cihazı ile uyumlu Olmalıdır.
- 3 -Plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
- 4 -Satın alma kararı verilmeden önce ihtiyaç duyulması halinde numune değerlendirilmesi yapılacaktır.
- 5 - Teslim edilen numunenin uygun görülmemesi halinde teklif reddedilecektir.
- 6 -Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda idari şartname hükümleri geçerlidir.

Prof. Dr. MUZAFFER POLAT
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Pnömonoloji Uzmanı
Eğilim: Enfeksiyon Hastalıkları
Eğilim: Enfeksiyon Hastalıkları