

EKG ELEKTRODU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sırt yapısı polietilen olmalıdır.
2. Sıvı bariyeri oluşturulmalıdır.
3. Uygulanması kolay olmalıdır.
4. Yumuşak ve esnek olmalı, vücut kıvrımlarına uyum sağlamalıdır.
5. Yapışkanı hipoallerjik akrilat olmalı, cildi tahriş etmemelidir.
6. Yapışkanlık kapasitesi yüksek olmalıdır. Çıkarıldığında ciltte atık bırakmamalıdır.
7. Dış çitçiti (snap) paslanmaz çelik olmalıdır.
8. İç çitçiti (eyelet) gümüşle kaplanmış sert plastik olmalıdır.
9. Gümüş/gümüş klorür içermeli, yüksek voltajı dağıtıp defibrilasyondan 1-2 saniye sonra net trase verebilmelidir.
10. Jel sünger poliester olmalıdır.
11. Jeli %3 oranında gümüş klorür içermeli, cildi tahriş etmemelidir.
12. Jeli non-irritan olmalıdır.
13. Jeli kurumayı önleyen PE özel haznede olmalıdır.
14. Bir pakette 50 adet bulunmalıdır.
15. Paket hava temasını önleyecek dizaynda olmalıdır.
16. Paketin dışında cilt impedansı önlemede kullanılan zımpara olmalıdır.
17. Ürün doğal kauçuk latex içermemelidir.
18. Paket üzerinde üretim ve son kullanma tarihleri adet sayısı belirtilmelidir.
19. CE belgesi olmalıdır.
20. Firma, deneme amaçlı 1 paket elektrod'u onay öncesi komisyona sunmalıdır.
21. Satın alınan ürün şartnameye göre muayene edilip kullanılabilirlik açısından Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk kararı verilecektir.

CBU
Hemşirelik Hiz. Mdr. Y. K.
Elizül KARAC



CERRAHI MASKE ŞARNAMEŚI

1. Toz geçirmez olmalıdır.
 2. Filtreleme özelliđi olmalıdır.
 3. Dört adet bađı olmalıdır.
 4. Burunı sabitleyici telli olmalıdır.
 5. Allerjik olmayan olmalıdır.
 6. Elyaf ihtiva etmemelidir.
 7. Hazır kurular içinde 100'er olmalıdır.
 8. Rahat kullanımı için kutunun üst kısmında açma bölmesi olmalıdır.
- Teslim edilecek ürünlerden en az ikişer adet numune ameliyathane sorumlu hemşiresine teslim edilecek. Bu ürünler cerrahi ekipler tarafından denendikten sonra verilecek teknik raporla bildirilecektir.

Yrd. Doç. Dr. Arzu KEFİ
GÖZTEPE Hastane ve Reha. ŞD
Dok. No: 8047 / Tıbbi No: 100000

Yrd. Doç. Dr. Arzu KEFİ
GÖZTEPE Hastane ve Reha. ŞD
Dok. No: 8047 / Tıbbi No: 100000

GAZ TAMPON (10X10-12 KAT) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Gaz tampon 30x40cm ebadında kesilmiş olup, kullanıldığında 10x10 - 12 kat şeklinde hazırlanmış olmalıdır.
2. Gaz tampon mikrofil gaz bezidir. İstenen boyutlarda kesilerek kanamanın ipk vermeyecek şekilde kıvrılarak katlanmazı ile hazırlanmış olmalıdır.
3. Gaz tamponda kullanılan gaz bezi TS 14079'a uygun olmalıdır.
4. Gaz bezinin atkı-pözümlü teller sayıları: atkı teller 10, atkı sayıları 10 olmalıdır. Örün toplamda 20 teller içermelidir (+/- 1 teller olabilir.)
5. Atkı ve pözümler arasındaki uzaklık eşit olup, bezin homojen bir görünümü olmalıdır.
6. Açıklı olmamalı, her hangi bir boya içermemelidir, durmakla sararmış olmayıp her hangi bir şekilde kirlenmemelidir.
7. Gaz tampon kesilenmiş, beyaz, temiz ve kokusuz olmalıdır.
8. Üzerinde kir, elyaf artıkları, yağ lekeleri, yabancı cisimler, ek yarı ve parça bulunmamalıdır.
9. Gaz tamponun üst yüzeylerinde delik, kesik, yırtık vb. göründe bozuklukları olmamalıdır.
10. 100'lük kağıt ya da naylon ambalaj ile düzgün sayılabilir şekilde paketlenmiş 3.000-7.000'lük karton ambalajlarda teslim edilmelidir. Koli bütünlüğü tam olmalıdır.
11. Paketler üzerinde en az aşağıdaki bilgiler okunaklı ve silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.
 - a. Firmanın ticari ünvanı adresi ve/veya tescilli markası,
 - b. Hidrofil olduğu,
 - c. Ambalaj boyutları ve sayısı,
 - d. Üretim tarihi,
 - e. Standartın işaret ve numarası(TS 14079)
 - f. Seri ve parti numarası.
12. Non-steril olmalıdır.
13. Teklif edilen ürün T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır. Belgesi sunulmalıdır.
14. Değerlendirme için şartnamede belirtilen özellikleri taşıyan 100 lük orijinal ambalajında 3 paket ürün numune olarak bırakılmalıdır.
15. Yüklenici firmasının depoya teslim edeceği ürünler numuneler ile aynı özellikte olmalıdır.

CSU
Hemşirelik İlçe Müd. Ynl.
Diyadin, 2023

[Signature]