


NEBÜLİZATÖR MASKESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Yumuşak yapıda olmalı,PVC den yapılmış olmalı
- 2.Hasta yüzüne uyumlu olmalı,
- 3.İlaç verme setine bağlanabilir olmalı,
- 4.Ağızlıkl olarak kullanılabilmeli,
- 5.Hastaya ve oksijen kaynağına kolay bağlanabilir olmalı rahatsız edici koku içermemelidir.
- 6.Haznesi şeffaf,en az 8 ml kapasiteli PS kristal,PP vb. sert termoplastik malzemeden olmalı ve uygulama sonrası rezidüel hacmi 0.7 ml yi aşmamalıdır.
- 7.Kanül bağlantı yerinden kolay açılır olmamalıdır ve uzunluğu 2-2.5 m olmalıdır.
- 8.Hasta yüzünde sabit kalmasını sağlayan bağlantı düzeneği olmalıdır.
- 9.Mukoza kurumasını engellemeli,yumuşak ve bükülmeye dirençli olmalıdır.
10. Ürün CE belgesine sahip olmalıdır.
11. İstekliler ihale sırasında değerlendirilmek üzere en az bir adet numuneyi komisyona teslim edecektir.
12. Ürünler Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan barkod (UBB kodu) ve etiket hükümlerine uygun olmalıdır. Uygun olmayan ürünler, ihale üzerlerine kalsa ble teslim alınmayacak ve gerekli işlemler yapılacaktır.
- 13.5 adet numune teslim edilecektir
14. 2adet numune şahit numune olarak değerlendirilecektir.

CBU
Hemşirelik Hiz. Mdr. Yrd.
Birgul KARACA



OKSİJEN KANÜLÜ ŞARTNAMESİ

1. PVC olmalıdır.
2. Buruna takılan oksijen seti ince olmalıdır.
3. Etilenoksit ile steril edilmiş olmalıdır.
4. Kanül gözlük şeklinde kulağa takılarak sabitlenmelidir.
5. Disposable olmalıdır.
6. UBB kaydı bulunmalıdır.
7. 5 adet numune teslim edilecektir
8. 2 adet numune şahit numune olarak değerlendirilecektir

CBU
Hemşelik Hiz. Mdr. Y. B.
Birgul KARACA



OKSİJEN MASKESİ (YETİŞKİN) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Maske delikli ve filtreli olmalıdır
2. Maske ağız ve burunu içine alabilmelidir.
3. Disposable olmalıdır
4. Merkezi sisteme şeffaf bir hortumla bağlanmalıdır.
5. Etilenoksit ile steril edilmiş olmalıdır
6. Maske beyaz renkli olmalıdır. Saydam, yumuşak, kokusuz ve vinilden olmalıdır.
7. Kenarları ve oksijen girişi yüz tahrişini en aza indirmek için pürüzsüz olmalıdır.
8. Maske dirençsiz solunum vermeye ve oksijenle çevre havasını aynı zamanda solunum alınmasına izin vermeyi sağlayacak delikleri içermelidir.
9. Maske çeneye uyumlu ve oturacak tarzda uzun ve çıkıntılı olmalıdır.
10. Maske yanlarından kolaylıkla kulak arkasına geçirilebilecek şekilde lastikli olmalı ve başa tespit edilebilir olmalıdır
11. Lastik ufak zorlama ile kolay kopmamalıdır.
12. Maskenin üst orta kısmında buruna göre şekillendirilebilen ince tel olmalıdır.
13. Ürüne onay verilmeden önce istekli firma tarafından en az 5 adet numune verilecektir
14. Ürün komisyon tarafından değerlendirildikten sonra onaylanacaktır
15. 2 adet numune şahit numune olarak değerlendirilecektir.
16. UBB kaydı olmalıdır.

CBÜ
Hemsirelik Hizmetleri
Birgül KARAKÖK

