


OPU (YUMURTA TOPLAMA) ÖRTÜ SETİ TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Örtüler non woven tabir edilen dokunmamış kumaştan mamul olup, tek kullanıma mahsus steril olma özelliği taşımalıdır.
- 2.Hasta üst örtülerinde kullanılan malzeme, ameliyat sırasında oluşacak kan vb. vücut sıvılarının örtü tarafından absorbe edilmesini sağlayan 55 gr/m² (+/-5) medikal non woven malzemeden mamul olmalıdır.
- 3.Tüm ürünler medikal amaçla üretilmiş hammaddelerden mamul olmalıdır.
- 4.Örtü ve önlük üretiminde kullanılan malzemeler arkasını göstermeyecek tipte olmalıdır.(Yarı şeffaf veya şeffaf malzemeler kabul edilmez.)
- 5.Örtülerde kullanılacak cilt bantları non alerjik ve medikal özellikte kumaşa iyi yapışan, özellikle bu iş için üretilmiş olmalıdır.
- 6.Örtüler gerektiğinde steril olmayan bir kişinin rahatça serebilmesine olanak verecek şekilde katlanmış olmalıdır.
- 7.Set içerisindeki delikli örtü boyutları 200x240 cm (+/-5) olmalıdır. Örtü üzerinde operasyon bölgesine uygun bir delik olmalıdır ve deliğin etrafında örtüyü hastaya sabitleyecek cilt bantları olmalıdır.Ginekolojik pozisyonda hastanın bacaklarına geçirilecek olan çizme kilif örtüsüyle yekpare olmalıdır.
- 8.Set içerisinde bulunan USG örtüsü şeffaf olmalı ve kenarlarında yapışkan bant olmalıdır.
- 9.Alet masa örtüsü 75x100 cm (+/-5) boyutlarında, üstünde medikal non woven malzemeden takviyesi olan polietilen malzemeden yapılmış olmalıdır.Alet masasının ortasında kaymayı önleyen bir bandı olmalıdır.
- 10.Tüm set içeriği sterilizasyon bohçası ile bohçalanmış olmalıdır.
- 11.Set içerisinde kullanılan önlüklerde malzemenin ağırlığı 55 gr/m² (+/-10) olmalıdır. Cildin nefes almasının sağlamalı ancak kan vb. vücut sıvılarını absorbe etmeden ortamdaki uzaklaştırarak ve alta geçişine izin vermeyecek nitelikte olmalıdır.
- 12.Önlüklerde kol manşetleri minimum 8 cm uzunluğunda tamamen pamuklu dokumadan üretilmiş ve tüp şeklinde olmalıdır.
- 13.Önlükler iki iç ve iki dış kuşakla arkası steril kapatılabilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Dış iki kuşak steriliteyi bozmadan kolayca bağlanabilecek şekilde bir kordon ile birleştirilmiş olmalıdır.
- 14.Set bir yüzü medikal kağıt, diğer yüzü medikal filmden oluşan ambalajlarda verilmelidir.
- 15.Paket üzerinde sterilizasyon yöntemi, son kullanma tarihi, lot numarası vs. belirtilmelidir.
- 16.EO sterilizasyonu yapıldıktan sonra 15 gün havalandırılıp teslim edilmelidir.
- 17.Vaginal prob kılıfları latex içermemelidir.


Prof. Dr. N. Kemal KUŞÇU
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum AD
Diploma Tescil No: 99446

18. Set ařağıdaki parçaları içermelidir:

a) 1 adet 75x100 cm Alet Masa Örtüsü (Takviyeli)

b) 2 adet 40x40 cm El Kurulama Havlusu

c) 2 adet Takviyesiz Cerrahi Önlük, Large

d) 1 adet 200x240 cm Delikli Hasta Örtüsü (Kenarları bantlı ve Litofonik bacak kılıfı)

e) 10 adet 5x5 cm 8 kat spang

f) 1 adet 90x90 cm Düz Örtü

g) 1 adet 60x60 cm USG Örtüsü (Şeffaf ve bantlı)

h) 1 adet USG Prob Kılıfı (Lateks içermemelidir. Uzunluğu 85 cm yumuşak, medikal amaçla kullanılabilir olmak ve 3 adet lastik bant içermelidir.)

i) 1 adet USG Jeli

19. Malzemenin son kullanma tarihi teslimden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

20. Son kullanma tarihine 3 ay kalan ürün tedarikçi tarafından değiştirilmelidir.

21. Teklifte birlikte numune gönderilmelidir.



Prof. Dr. N. Kemal KUŞÇU
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum AD
Diploma Tesvil No: 59445