



KOTER KALEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Üç soket fişi olmalıdır.
2. Kalemın üzerinde sarı renkli Cut ve mavi renkli Coagulation düğmeleri bulunmalıdır.
3. Kalemın kesici ucunda koruyucusu bulunmalıdır.
4. Poşetin üzeri şeffaf olmalıdır.
5. Poşetin üzerinde imal tarihi ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
6. Steril disposable tek kullanımlık olmalıdır.
7. İhaleyi kazanan firma tarafından her 500 adet kalem için 10 adet istenilen boylarda ince iğne koter ucu, 10 adet uzun koter ucu ve 10 adet zımpara verilmelidir.
8. Uç değişimlerinde temassızlık ve bozulma yapmamalıdır.
9. Teslim edilecek ürünlerden en az beş adet numune ameliyathane sorumlu hemşiresine teslim edilecek.Sonuç ,bu ürünler ameliyathane sterilizasyon bölümünün tarafından denendikten sonra verilecek teknik raporla bildirilecektir.


Yrd. Doç. Dr. Ali KAH
Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Diyadin, 5043 - Tels. 0 312 400 0000


Yrd. Doç. Dr. Ali KAH
Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Diyadin, 5043 - Tels. 0 312 400 0000