

## METİL ALKOL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. % 99 saflıkta olmalıdır.
2. 1 lt veya 2,5lt lik kahverengi cam şişelerde teslim edilmelidir.
3. Kullanımı en az 2(iki) yıl olmalıdır. Ve bu süre içinde özelliklerini korumalıdır.
4. Ambalajda ürün bilgileri tam, doğru ve anlaşılır olarak ifade edilmeli, etiketlerne dili Türkçe olmalıdır. Tüm yazılar alkol ve sudan etkilenmeyecek kalıcı özellikte, okunabilir renkte bir etiket olarak ambalaja sağlam olarak yapıştırılmalıdır.

## ETİL ALKOL ŞARTNAMESİ

1. %96 Etil Alkol olmalıdır.
2. Renksiz, berrak, kokusu karakteristik olmalıdır.
3. Alkol denatüre edilmemiş ( içine katkı maddesi konulmamış) olmalıdır.
4. Etil Alkol'de ambalajdan veya başka bir nedenden dolayı kirlilik ve bulamklık görülmeyecektir.
5. 1 lt veya 2,5 lt lik kahverengi cam şişelerde teslim edilmelidir
6. Ambalajda ürün bilgileri tam, doğru ve anlaşılır olarak ifade edilmeli, etiketlerne dili Türkçe olmalıdır. Tüm yazılar alkol ve sudan etiketlenmeyecek kalıcı özellikte, okunabilir renkte bir etiket olarak ambalaja sağlam olarak yapıştırılmalıdır.


28.11.2016

Prof. Dr. İsmail YILDIZ  
İç Halkı Kontrol Uzmanı  
Diyadin, No: 27042

## WRİGHT BOYASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Periferik yayma ve kemik iliği boyamasında kullanılmalıdır.
2. En az 25gr'lik ambalajlar içinde toz halde olmalıdır.
3. Miyadi en az 1 yıl olmalıdır.
4. Taşıma sırasında bozulan kırılan malzemeler yenileri ile değiştirilecektir.
5. Şişeler üzerinde ürün adı, lot numarası, saklama koşulları ve son kullanım tarihi bulunmalıdır.
6. Teklif edilen malzemenin belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ürün numunesi veya katalogu sunulmalıdır.

28.11.2016

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI" at the top, "MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI" in the middle, and "MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI" at the bottom. The signature is written in a cursive style.

## SARI PİPET UCU ŞARTNAMESİ

1. Pipet uçları plastik olmalıdır.
2. Pipet uçları 1000'lik orijinal ambalajları içinde toz ve nemden korunmuş olmalıdır.
3. Ürün doğruluğu ve hassasiyeti değişmeden tüm otomatik pipetlere uyum sağlayabilecek bir tasarıma sahip olmalıdır.
4. Pipetlenmiş olan sıvının tam olarak bırakılabilmesi için özel bir kalıp içinde şekillendirilmiş olmalıdır.
5. Ürün numuneyi gösterebilecek şekilde şeffaf olmalı mat olmamalıdır.
6. personel sağlığının korunabilmesi için, pipet ucunun pipete takılabilmesi ve pipetin ilgili parçasına basıldığında da otomatik olarak el değmeden kendiliğinden ucunun atılabilmesi gerekmektedir.
7. Pipet uçları ağır kimyasallara karşı dayanıklı maddeden yapılmış olmalıdır.
8. Teklifte beraber numune verilmelidir. Numunesiz teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Her maddeye tek tek cevap verilecektir.
10. sipariştan itibaren 15 gün içerisinde malzeme teslim edilmelidir.
11. Bu kalem için teklif veren firmaların numuneleri (değerlendirme yapmaya uygun olacak miktarlarda) ihale sonrası yukarıda belirtilen kriterler göz önüne alınarak Hematoloji Mikroskopi laboratuvarı çalışanları tarafından değerlendirilecek; bu maddelere uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

28.11.2016


Prof. Dr. İsmail AYDOĞDU  
T.C. Sağlık Bakanlığı  
Hematoloji Mikroskopi Laboratuvarı

## İMMERSİYON YAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Berrak, tortusuz, renksiz ve mikroskopik çalışmalara uygun olmalıdır.
2. Koyu kıvamlı (Oil Cedar) olmalıdır.
3. 250 veya 500 ml şişelerde olmalı.
4. Orijinal etiketi üzerinde firma adı, tehlike sembolleri, ürün adı, saklama koşulları, son kullanma tarihi, üretim tarihi, kullanma talimatı yazılı olmalıdır.
5. Işık geçirmeyen ambalaj içerisinde olmalıdır.
6. Şişe kapakları solüsyonun dışarıya akmaması için içten contalı olmalı ayrıca kapak içerisinde plastik emniyet kilidi olmalıdır.
7. Ürün en az 1 yıl miadlı olmalıdır.

## ENTEİLLAN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ksilen bazlı olmalıdır.
2. Şeffaf ve akıcı olmalıdır.
3. Kuruduktan sonra hava kabarcığı oluşmamalıdır ve iyi kapanma sağlamalıdır.
4. Ürün 250-500 mL'lik orijinal ambalajında ve açılmamış olarak teslim edilmelidir.
5. Ambalaj üzerinde ürünün orijinal adı, lot numarası, son kullanım tarihi ve üretici firma bilgileri bulunmalıdır.
6. Teklif edilen malzemenin belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ürün numunesi veya kataloğu sunulmalıdır.
7. Ürün teslim tarihinden itibaren en az 18 ay miadlı olmalıdır.



28.11.2016  
Dr. Mehmet Ali DOĞRU  
Anatoloji Uzmanı  
Dis. Tem. No: 37/42

## PASTÖR PİPETİ ŞARTNAMESİ

- 1-Uç kısmı ince olmalıdır.
2. Uzunluğunda 10-15 cm arasında olmalıdır.
3. İçine çekilen tüm sıvıyı tamamen boşaltmalıdır.
4. 3 ml çekebilme kapasitesinde olmalıdır.
5. Polietilenden veya plastikten yapılmış olmalıdır.
6. Hastanenin ihtiyacına göre parti parti alınacaktır.
7. İçerisindeki sıvının kimyasal ve biyolojik yapısını değiştirmemelidir.
8. Toksik madde içermemeli.
9. Beyaz, şeffaf, yumuşak olmalı.
10. 0.5 ml aralıklarla taksimlendirilmiş olmalıdır.
11. Değerlendirme için numune verilecektir.
12. En az 1 yıl miadlı olmalıdır.


28.11.2016

Pastör Dr. İsmet AYDOĞDU  
Dip. No: 37042  
Dip. No: 37042

## SİMPLETE LANSET TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Kanama zamanı ölçmek için kullanılacaktır.
- 2-Steril ambalajlı ve bir kullanımlık (disposable) olmalıdır.
- 3-Her zaman standart tek kesi oluşturmaktadır.

28.11.2016

  
Prof. Dr. İsmet AYDOĞAN  
Klasik Hematoloji Uzmanı  
T.C. Sağlık Bakanlığı  
No: 27042