

18. Ekspirasyon valf membranının özellikleri şu şekilde olmalıdır:

- a. Ekspirasyon valf membranının metal ara yüzeyi olmalıdır.
- b. Ekspirasyon valf membranı buhar otoklav ile steril edilmelidir.
- c. Membran ekspirasyon valf coverin üzerine kaçak olmayacak şekilde tam oturmalıdır. Ekspirasyon valf kalibrasyonu testini geçmelidir.

19. Ürünün Sağlık Bakanlığı onaylı UTS kaydı bulunmalıdır.

Prof. Dr. Mehmet
Dip. Tes. No: 40154-426/7
C.B.U. Tip Belgesi