

AQUAPACK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- En az 650 ml rezervuara sahip olmalıdır.
- Klinikte kullanılan flowmetrelere uygun O2 kelebek adaptör olmalıdır.
- Ürün Klinikte kullanılan Flowmetrelere uygun değilse ilgili firma tarafından uygun hale getirilmelidir.
- Adaptör ve Su aynı paket içerisinde,ayrı ambalajlarda ve Steril olmalıdır.
- Ürünün Sağlık Bakanlığı onaylı UTS kodu bulunmalıdır.

CBU
Hemşirelik Hiz. Mdr. Yr.
Birgül KARACİ



İDRAR TORBASİ PEDİATRİK KIZ ŞARTNAMESİ

1. Torba PE, PVC vb. termoplastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
2. 100 cc hacminde olmalıdır.
3. 10 cc'lik sıkalalar bulunmalı
4. Genital bölgeye yapıştırılacak bant anti allerjik ve kendiliğinden yapışkanlı olmalı
5. Bebek idrar torbasının yapışma özelliği iyi olacaktır.
6. Yapışması yeterli olmayan veya hiç yapışmayan torbalar değerlendirilmeye alınmayacaktır
7. Genital bölgeye yapıştırma kısmı kız çocuklar için oval şekilde delinmiş olmalıdır.
8. Sızdırmaz ve şeffaf olmalıdır.
9. Torbalar tek tek ambalajlanmış olmalıdır.
10. Steril beyan edilen ürün, uygun bir metotla steril edilmiş olmalıdır.
11. En az 5 adet numune gönderilecek
12. 2 tanesi şahit numune olarak değerlendirilecek
13. Ürünün mutlaka UTS kaydı olmalıdır

İDRAR TORBASİ PEDIATRİK ERKEK

1. Torba PE, PVC vb. termoplastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
2. 100 cc hacminde olmalıdır.
3. 10 cc'lik sıkalalar bulunmalı.
4. Genital bölgeye yapıştırılacak bant anti allerjik ve kendiliğinden yapışkanlı olmalı.
5. Bebek idrar torbasının yapışma özelliği iyi olacaktır.
6. Yapışması yeterli olmayan veya hiç yapışmayan torbalar değerlendirilmeye alınmayacaktır.
7. Genital bölgeye yapıştırma kısmı erkek çocuklar için dairesel olmalıdır.
8. Sızdırmaz ve şeffaf olmalıdır.
9. Torbalar tek tek ambalajlanmış olmalıdır.
10. Steril beyan edilen ürün, uygun bir metotla steril edilmiş olmalıdır.
11. En az 5 adet numune gönderilecek
12. 2 tanesi şahit numune olarak değerlendirilecek
13. Ürünün mutlaka Uts kaydı olmalıdır

CBU
Hemşirelik Hiz. Mdr. Yrd.
Birgül KARACA
