

SİLİKON ALMA VERME SETİ

1. Hastanemizin demirbaşında bulunan Alcon Constellation cihazına uyumlu olmalıdır.
2. Set cihaz bağlantı kısmında basınçlı hava çıkışına uygun girişi bulunan yüksek basınca dayanıklı bir hortum sistemi ve ucunda şiringası bulunmalıdır.
3. Enjektör setin içinden ayrıca 20 23 ve 25 ga luk 8 milimetre uzunluğunda blunt kanül bulunmalıdır.
4. Set hem verme hemde alma işlemine uygun olmalıdır.
5. Cihaza bağlantı noktası rfid (radio frekans identification) özelliği taşınmalı bu sayede cihaza hatalı bağlantı imkanı vermemelidir.
6. Yukarıda adı geçen tüm sarf malzemeler, özel olarak imal edilmiş, plastik bir paket içerisinde, steril olarak bulunmalıdır.
7. Paket üzerinde üretim ve son kullanma tarihleri mutlaka bulunmalıdır.
8. Paketin nereden güvenle açılacağını gösterecek şekilde yapıştırılmış olmalıdır.
9. Ürün cihazın üretici firması tarafından üretilmiş olmalıdır.
10. Sağlık bakanlığı ÜTS kayıt sisteminde olmalıdır

Uludağ University Faculty of Medicine
Sakarya Hospital
Dr. Muhammed ALTINIŞIK
Ophthalmology A.B.D.
Diy. Tesc. No: 153809

671090
Sabet

ORBİTAL İMPLANT (KÜRE- SFER) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İmplantlar enükleasyon ve eviserasyon ameliyatlarında kullanılabilir küre şeklinde olmalıdır.
2. Akrilikten yapılmış olmalı opak veya saydam olabilir.
3. Çapları 16 mm olmalıdır.
4. Yüzeyleri deliksiz , pürüzsüz, ve gözeneksiz olmalı, polimerizasyonu tam olmalıdır.
5. TİTUBB kaydı bulunmalıdır.
6. İhale sırasında numune getirilmesi gerekmektedir.
7. Sağlık Bakanlığı ÜTS kayıt sisteminde olmalıdır.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fak.
Hüseyin Sultan Hastanesi
Op. Dr. Muharrem ALI İRİŞİ
Göz Hastalıkları A.B.D.
Dip. Teac. No: 153818

20 adet

671201