

### GAZ TAMPON (7.5X7.5 - 8 KAT) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Gaz tampon 30x15cm ebadında kesilmiş olup katlandığında 7.5x7,5 cm.- 8 kat şeklinde olmalıdır.
2. Gaz tampon hidrofili gaz bezinin istenen boyutlarda kesilerek kanatlarının iplik vermeyecek şekilde kıvrılarak katlanması ile hazırlanmış olmalıdır.
3. Gaz tamponda kullanılan gaz bez TS 14079'a uygun olmalıdır.
4. Gaz bezinin atki-çözgü telli sayısı değerleri; çözgü telli sayısı cm başına 10, atki sayısı cm başına 10 olmalıdır. Ürün toplamda cm<sup>2</sup> de 20 tel içermelidir (+/- 1 tel olabilir.)
5. Atki ve çözgüler arasındaki uzaklık eşit olup, bezin homojen bir görünümü olmalıdır.
6. Ekale atki ya da çözgü içeren alan (tel kaçıklık gibi) olmamalıdır.
7. Açıklık olmamalı, her hengli bir boya içermemelidir. durmakla eşermiş olmayıp her hangi bir şekilde kırıl görünmemelidir.
8. Gaz tampon kaşarlanmış beyaz, temiz ve kokusuz olmalıdır.
9. Üzerinde kır, elyaf artıkları, yağ lekesi, yabancı cisimler, ek yeri ve parça bulunmamalıdır.
10. Gaz tampon üst yüzeylerinde delik, keşik, yırtık vb. görünüş bozuklukları olmamalıdır.
11. 100'lük kağıt ya da naylon ambalaj ile düzgün sayılabilecek şekilde paketlenmiş 10.000-15.000'lük karton ambalajlarda teslim edilmelidir. Koli bütünlüğü tam olmalıdır.
12. Teklif edilen ürün T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TITUBB) kayıtlı olmalıdır. Belgesi sunulmalıdır.
13. Paketler üzerinde en az aşağıdaki bilgiler okunaklı ve silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.
  - Firmanın ticari ünvanı adresi ve/veya tescilli markası,
  - Hidrofil olduğu,
  - Anma boyutları ve sayısı,
  - Üretim tarihi,
  - Atki-çözgü sayısı
  - Standardın işaret ve numarası(TS 14079)
  - Seri ve parti numarası
14. Non-steril olmalıdır.
15. Değerlendirme için şartnamede belirtilen özellikleri taşıyan 100 lük orijinal ambalajında 2 paket ürün numune olarak bırakılmalıdır.
16. Muayene komisyonun gerek görmesi halinde Dokuz Eylül Üniversitesi Tıbbi Mühendisliğine yeterli sayıda numune analiz için gönderilebilecek, analiz Üretici/satıcı firmaya ait olacaktır.
17. Yüklenici firmanın depoya teslim edeceği ürünler numuneler ile aynı özelliği taşıyor olmalıdır.

ONG  
SARILIK MIZ, YIL  
DİĞERİ KARŞI  
