

#### DAMLA SAYACI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Damla ayar seti kontrollü akışı sağlamak amacı ile yapılmış olmalı ve yer çekimi prensiplerine göre çalışmalıdır.
2. Standart iv setlere takılarak saatte 5 ml ile 250 ml sınırları içinde istenen infüzyon hızına ayarlanabilmelidir.
3. Dozimetre üzerinde gidecek miktarı gösterilen ml aralıklarını 5 ml.10ml gibi sık aralıklarla göstermelidir.
4. Firma ürününün  $\pm$  %5 hassasiyetle çalıştığını belgelemelidir.
5. Damla ayar kısmı sert olmamalı ve sıvıyı akıtmamalıdır.
6. Y çıkış kısmı kauçuk olmalıdır.
7. Intraket ile set uyumlu olmalı, damla göstergesi ile damla sayısı aynı olmalıdır
8. Sayacın üzerinde 5-250 mm. Sınırları gösteren rakamlara karşılık gelen belirgin okunabilir çizgiler olmalıdır .
9. Sayaç elle manipasyona imkan verecek büyüklükte olmalı, kolaylıkla döndürülebilmelidir. Döndürme kısmında hava oluşum ve tutulumuna neden olmamalıdır.
10. Set uzunluğu en az 45 cm olmalı ve hasta yönünden y girişi olmalıdır.
11. Steril ve tek tek paketlenmiş olmalı, paketin üzerinde üretim ve son kullanım tarihi bulunmalıdır.
12. Steril ve teslimden itibaren en az 2 yıl miadlı olmalıdır.
13. Firma 5 adet numune verilecektir
14. 2 adet şahit numune olarak değerlendirilecektir
15. UTS belgesi olmalıdır.

CBÜ

Ek Hiz. Mdr. Yrd.

KARACA



### NORMAL FOLEY SONDA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Lateks, kauçuk veya silikon kaplı olmalıdır.
2. Dayanıklı (vücut ısısında kolay kolay yumuşamayan) olmalıdır.
3. Tek kullanımlık olmalıdır.
4. 30-50 ml balona sahip olmalıdır.
5. Karşılıklı 2 açık göze sahip olmalıdır.
6. 40 (+5,-5)cm uzunluğunda olmalıdır.
7. Balon homojen olarak şişmelidir ve bu esnada patlamamalıdır.
8. Silindirik tip uca sahip olmalıdır.
9. Ambalaj üzerinde sonda numarası olmalıdır.
10. Ambalaj üzerinde imal, son kullanmatarihi ve sterilizasyon tarihi yazılı olmalıdır.
11. Çift steril ambalaj içerisinde bulunmalıdır.
12. Çok yumuşak olmamalı, takılırken kıvrılmamalı, yeterli sertliğe sahip olmalıdır.
13. 8-10-12-14-16-18-20 fr boyutlarında olmalıdır.
14. Ürolojik ameliyatlar sonrası sonda uzun süre takılı kaldığında balon rahat olarak indirilebilmelidir.
15. 5 adet numune getirilmesi .
16. 2 adet numuneninde şahit numune olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
17. Teslim edilecek ürünlerden en az ikişer adet numune ameliyathane sorumlu hemşiresine teslim edilecek. Bu ürünler cerrahi ekipler tarafından denendikten sonra verilecek teknik raporla bildirilecektir.

CBÜ

Genel Hiz. Mdr. Yrd.

Y. ARACI

