

ENDOTRAKEAL TÜP (SİRALLI) ŞARTNAMESİ

1. Oral nasal kullanıma uygun olmalıdır.
2. Gövdeye yerleşik metal spiraller bulunmalıdır.
3. Travma oluşturmayan, yuvarlatılmış ucu olmalıdır.
4. Düşük basınçlı balonu olmalıdır.
5. Santimetre ölçekli derinlik işaretleri bulunmalıdır.
6. Radyoopak çizgi olmalıdır.
7. Valfli pilot balonu olmalıdır.
8. Sabit bağlantı konnektörü olmalıdır.
9. Şeffaf olmalıdır.
10. Ürünün miyadı en az 2 (iki) yıl olmalıdır.
11. Numune getirilmesi zorunludur.
12. Getirilen numuneler anestezi ekibi (anestezi doktoru ,anestezi hemşiresi ve anestezi teknisyeni) tarafından değerlendirilip kullanıma uygunluğu tespit edilecektir.
13. UBB ve ÜTS'ye kayıtlı olmalıdır.

Yrd. Doç. Dr. ...
Oranli D. ...
...
...

ENDOTRAKEAL TÜP (RİJİT) ŞARTNAMESİ

1. Oral nasal kullanıma uygun olmalıdır.
2. Travma oluşturmamayan yuvarlatılmış ucu olmalıdır.
3. Murphy gözü olmalıdır.
4. Düşük basınçlı balonu olmalıdır.
5. Cm ölçekli derinlik çizgileri olmalıdır.
6. Radyoopak çizgisi olmalıdır.
7. Valfi pilot balonu olmalıdır.
8. Bağlantı konnektörü olmalıdır.
9. Şeffaf olmalıdır.
10. Ürünün miyadı en az 2(iki) yıl olmalıdır.
11. 3-3,5 -4- 4,5 - 5 - 5,5- 6-6,5 -7-7,5-8-8,5 numaraları olmalıdır.
12. Numune getirilmesi zorunludur.
13. Getirilen numuneler anestezi ekibi (anestezi doktoru ,anestezi hemşiresi ve anestezi teknisyeni) tarafından değerlendirilip kullanıma uygunluğu tespit edilecektir.
14. ÜTS'ye kayıtlı olmalıdır.

Yrd.Doc.Dr. Arzu KEFİ
GBÜT Anest. ve Rean. A.B.
Doğ. No: 5013 - Resmî No: 110