

### GAZ TAMPON (7.5X7.5 - 8 KAT) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Gaz tampon 30x15cm ebadında kesilmiş olup katlandığında 7,5x7,5 cm.- 8 kat şeklinde olmalıdır.
2. Gaz tampon hidrofil gaz bezinin istenen boyutlarda kesilerek kanarlarının lplik vermeyecek şekilde kıvrılarak katlanması ile hazırlanmış olmalıdır.
3. Gaz tamponda kullanılan gaz bezi TS 14079'a uygun olmalıdır.
4. Gaz bezinin atkı-çözgü telli sayısı değerleri; çözgü telli sayısı cm başına 10, atkı sayısı cm başına 10 olmalıdır. Ürün toplamda cm<sup>2</sup> de 20 tel içermelidir (+/- 1 tel olabilir.)
5. Atkı ve çözgüler arasındaki uzaklık eşit olup, bezin homojen bir görünümü olmalıdır.
6. Ekelik atkıya da çözgü içeren alan (tel kaçıkları gibi) olmamalıdır.
7. Apreli olmamalı, her hangi bir boya içermemelidir; durmakla sararmış olmayıp her hangi bir şekilde kirlil görünmemelidir.
8. Gaz tampon kesarılanmış beyaz, temiz ve kokusuz olmalıdır.
9. Üzerinde kir, elyaf artıkları, yağ lekeli, yabancı cisimler, ek yeri ve parça bulunmamalıdır.
10. Gaz tampon üst yüzeylerinde delik, kesik, yırtık vb. görünüş bozuklukları olmamalıdır.
11. 100'lük kağıt ya da naylon ambalaj ile düzgün sayılabilecek şekilde paketlenmiş 10.000-15.000'lük karton ambalajlarda teslim edilmelidir. Koli bütünlüğü tam olmalıdır.
12. Teklif edilen ürün T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTÜBB) kayıtlı olmalıdır. Belgesi sunulmalıdır.
13. Paketler üzerinde en az aşağıdaki bilgiler okunaklı ve silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.
  - Firmanın ticari ünvanı adresi ve/veya tescilli markası,
  - Hidrofil olduğu,
  - Anma boyutları ve ebedi,
  - Üretim tarihi,
  - Atkı-çözgü sayısı
  - Standardın işaret ve numarası(TS 14079)
  - Seri ve parti numarası
14. Non-steril olmalıdır.
15. Değerlendirme için şartnamede belirtilen özellikleri taşıyan 100 lük orijinal ambalajında 2 paket ürün numune olarak bırakılmalıdır.
16. Muayene komisyonun gerek görmesi halinde Dokuz Eylül Üniversitesi Tıbbi Mühendisliğine yeterli sayıda numune analiz için gönderilebilecek, analiz Üretici/satıcı firmaya ait olacaktır.
17. Yüklendiği firmanın depoya teslim edeceği ürünler numuneler ile aynı özellik taşıyor olmalıdır.

Leyla GÜNDOĞDU ÇETİN  
Eğilimsiz Yrd.