

TERMOVENT T TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Kafsız, standart kafli, çift kafli, profil kafli trakeostomi tüplerine uymalıdır
- 2.Steril kutularda bulunmalıdır
- 3.Yüksek kalite kağıt materyali ısının ve nemin değişimini ayarlayabilmelidir
- 4.Çok hafif olmalıdır
- 5.Termovent oksijen bağlantı hortumu ile uyumlu olmalıdır
- 6.Malzeme UTS ye kayıtlı olmalıdır.

Prof. Dr. Gökay Ol
CBÜTF / Anesteziyoloji v
Reanimasyon A.D.
Dış. Tel: 0312 36489 - 5694