

NON STERİL CERRAHİ ELDİVEN (S.M.L.)

1. Tabii kauçuktan muayene amaçlı üretilmiş olmalıdır.
2. Esnek ve sağlam olmalı, yırtılmalara dayanıklı olmalıdır.
3. Sağ ve sol ayrımı olmamalıdır. Her iki ele de uyumlu anatomik yapıda olmalıdır.
4. Hipoallerjenik ve pudralı olmalıdır.
5. Dokusu düzgün olmalıdır.
6. 100'lük kutular halinde paketlenmiş olmalıdır.
7. Ambalaj üzerinde üretim tarihi ve ebadı yazılı olmalıdır.
8. En az 1 kutu numune getirilmesi zorunludur.
9. Ürünün uygunluğu komisyon tarafından değerlendirildikten sonra verilecektir.

Leyla GÜNDOĞDU ÇETİN
Gözetim Şube Yrd.