

AMNİYOSENTEZ İĞNESİ ŞARTNAMESİ

- 1- İğne ucü çift kademe kesimli olmalıdır.
- 2- Kaliteli ve paslanmaz çelikten olmalıdır.
- 3- Portatif ergonomik tutucu mandreni olmalıdır.
- 4- Steril paketlerde ve disposable olmalıdır.
- 5- Son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren 5(bey) yıl olmalıdır.
- 6- İğnenin ultrason eşliğinde kullanıma uygun, ekogenik bir ucu sahip olmalıdır.
- 7- İğnenin kanül çapı 20-22 gauge ve iğne boyları 150-220mm olmalıdır.
- 8- Teklif verecek firma önceden ilgili malzeme için uzman üyeden uygunluk almalıdır.
- 9- UTS ve UBB kaydı bulunmalıdır.

20 6 iğne 200 adet
22 6 iğne 400 adet

Prof. Dr. Fikri M. KÖRÜKÇÜ
Genel Sekreter
T.C. Sağlık Bakanlığı
JIP, No: 2084