

MALZEME LİSTESİ

1-Konsantrik iğne elektrod (disposable)

- a-Madeni kısımlar paslanmaz, etrafı plastik olucak
- b-Kabloya girişi yuvarlak uçlu olucak
- c-Neuroline konsantrik
- 38x0,45mm (20 adet)
- 50x0,45mm (20 adet)
- f-Anabilim dalımızdaki Medelec Synergy EMG cihazına uyumlu olucak

2--Ground strap elektrod holderı

- a-Elektrot tutucus mandal şeklinde olucak.
- b-Elektriksel kontakt EKG elektrodunu tutturarak sağlanacak
- c-PVC kaplı olucak
- d-Dişi girişli olucak,
- e-Kablo boyu 2metre olucak
- f-Anabilim dalımızdaki Medelec Synergy EMG cihazına uyumlu olucak
- g- 2 adet

3- EEG Elektrodu:

- a-Gümüş-gümüş klorid disk kayıt özelliği olucak
- b>Otoklav ile sterilize edilebilir olucak
- c-Esnek ve uygun uzunlukta olucak
- d-Diş çapı 6 veya 9mm olucak
- e-Kablo renkleri farklı olucak
- f-elektrod girişi dişi olucak
- g-kablo uzunluğu 2m olucak
- h- Anabilim dalımızdaki Medelec Saphire ve Medelec Synergy EMG cihazına uyumlu olucak
- i-200 adet olucak

4-Bipolar stimülasyon elektrodu:

- a-Plastik yatağı içine yerleştirilmiş 2 adet keçe elektrod olucak
- b-Keçeler yuvarlak olucak
- c-keçelerin altında gümüş-gümüş klorid elektrod olucak
- d-kablo boyu 1,5 metre ve PVC kaplı olucak
- f-40 adet keçe olucak
- g-Anabilim dalımızdaki Medelec Synergy EMG cihazına uyumlu olucak
- h- Anabilim dalımızdaki Dantec Keypoint EMG cihazına uyumlu olucak olan stimulatörün **cihaza** giriş çift girişli olucak.
- i-2 adet

YERİNDEN SEÇİLMİŞ
TUTULAN
TUTULAN
TUTULAN