

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTE HASTANESİ

ÜROLOJİ KLİNİĞİ REUSABLE 10MM RIGHT ANGLED

TEKNİK ŞARTNAMESİ

GENEL HÜKÜMLERİ

- a. Teklifler ile birlikte tanıtıcı broşür ve katalogların verilmesi
- b. Teklif edilen malzemelerin her biri seti oluşturan parçalar olup teklif veren firma, aşağıda tanımlanan sistemin bütünlüğünü bozmadan o seti oluşturan kalemlerin her birine teklif vermelidir. Kısmi teklifler değerlendirilmeye alınmaz. Teklif edilen malzemeler aynı marka ve birbiri ile uyumlu olmalıdır.
- c. Seti oluşturan parçalar aşağıda belirtilen özellikleri taşımalı ve bu parçalar birbiri ile uyum içerisinde çalışmalıdır.
- d. Teklif edilen malzemelerin hepsi her türlü sterilizasyona (otoklav, etilen oksit, hidrojen vb.) uygun yapıda üretilmiş olup çok kullanımlık olmalıdır. Aletler steril edildikten sonra işlevlerinde hiçbir azalma olmadan tekrar kullanılabilir.
- e. Liste belirtilen REF kodlar Karl Storz Laparoskopi In Surgery 2016 Kataloğundan seçilmiştir. Aletlerinin shaft uzunlukları, çapları ve uç şekilleri REF kodlarda belirtilen özellikler gibi veya eşdeğeri olmalıdır.
- f. Teknik özellikleri aşağıda belirtilen kalemlerde şartnamede ölçü aralığı ve toleransları verilmeyen malzemelerde toleranslar; çap ölçülerinde ± 0.5 mm; uzunluklarda ± 1 cm ve çene uzunluklarında ± 0.2 mm olarak kabul edilecektir. Sistemin bütünlüğü açısından malzemeler aynı marka olmalıdır.
- g. Teklif edilen cihazlar Sağlık Bakanlığı "İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" veri tabanına kayıtlı olmalıdır. T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) koduna ve TİTUBB' dan alınmış firma/bayi koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunulmalıdır.

2. GARANTİ SÜRESİ VE ŞARTLARI:

Teklif edilen cihazlar en az iki (2) yıl süreyle kullanıcı hatasına bağlı olmayan, montaj ve imalat hatalarına karşı garantili olacak, teklif veren firmalar, imalatçı firmanın vermiş olduğu güncel noter onaylı Garanti Belgesini teklife ekleyeceklerdir.

Garanti süresinin dolmasından sonraki 10 yıl boyunca ücreti karşılığı yedek parça temini ve servis garantisi verilecek, teklif veren firmalar, imalatçı firmanın vermiş olduğu güncel noter onaylı 10 yıllık yedek parça ve servis temini Garanti Belgesi tekliflere eklenecektir.

3. VAZGEÇİLMEZ TEKNİK ÖZELLİKLER:

Hastanemizin Üroloji Ameliyathanesinde mevcut olan "Karl Storz" Marka Laparoskopi El Aletleri ile uyumlu olmalıdır. (Elcek, iç aksamlar ve Dış tüpler birbirlerine uyumlu olmalıdır.) Gerek görüldüğü takdirde, teklif edilen ürünlerle ilgili demonstrasyon talep edebilir. Teklifler istekliler tarafından yapılacak demonstrasyon sonrası değerlendirilecektir.

1 Adet Reusable Laparoskopik 10 mm Right Angled İç Aksam

Teklif edilen Forseps iç aksamı aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

1. Reusable olmalıdır.
2. Hastanemizde mevcut kullanılmakta olan dış tüpler ve elcekler ile tam uyumlu ve aynı marka olmalıdır.

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
ÜROLOJİ KLİNİĞİ
İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) koduna ve TİTUBB' dan alınmış firma/bayi koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunulmalıdır.

3. apı 10 mm olan dıř kılıfa uyumlu olmalıdır ve uzunluęu 36cm. olmalı,
4. ift ene hareketli ve saęa açılı olmalıdır.
5. ene uzunluęu 26 mm olmalıdır.
6. Otoklavlanabilir olmalıdır.
7. Evsaf katalog no; Karl Storz K.N. 33510RG veya eřdeęeri olmalıdır.

1 Adet Reusable Laparoskopik Dıř Tüp 10 mm

Teklif edilen Forseps Dıř Tüpu ařaęıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

1. Reusable olmalıdır.
2. Yalıtılmış olmalıdır.
3. Temizleme için Luer-Lock adaptörü olmalıdır.
3. apı 10mm ve uzunluęu 36 cm olmalıdır.
4. Parlamlara karřı koyu renk olmalıdır.
5. Hastanemizde mevcut kullanılmakta olan iç aksamlar ve elcekler ile tam uyumlu ve aynı marka olmalıdır.
6. Otoklav ile sterilize edilebilmelidir.
7. Evsaf katalog no; Karl Storz K.N. 33500 veya eřdeęeri olmalıdır.

1 Adet Reusable Laparoskopik Kilitsiz Metal Elcek

Teklif edilen Elcek ařaęıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

1. Reusable olmalıdır.
2. Metal yapıda olmalıdır.
3. Forseps uç kısmını 360° döndürülebilir özellikte olmalıdır.
4. Hastanemizde mevcut kullanılmakta olan dıř tüpler ve iç aksamlar ile tam uyumlu ve aynı marka olmalıdır.
5. Kilitsiz yapıda olmalıdır.
6. Otoklav ile sterilize edilebilmelidir.
7. Evsaf katalog no; Karl Storz K.N. 33161 veya eřdeęeri olmalıdır.

CB ÜYELİK KARTI
Dok. Dr. Mehmet Akdemir
Diy. İhs. No: 66831