

AYAK BAĞLAMA KAYIŞI ŞARTNAMESİ

1. Ayak bağlama kayışı tam boyu 2500 mm $\pm$ 5 mm, sağ ve sol bağlantı parçalarının her biri 1000 mm $\pm$ 5 mm olmalıdır.
2. Bağlantı kayışı özel imalat ince dokuma yumuşak malzemeden imal edilmiş olup, en 45mm $\pm$ 2 mm, kalınlığı 1,5mm $\pm$ 1mm olmalıdır.
3. Kayış kilit mekanizması özel imalat kendinden sıkıstırmalı plastik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
4. Hasta gövde üzeri kısmı 500mm $\pm$ 2 X 105mm $\pm$ 2 mm olmalı, kenarları yırtılmaya dayanıklı alt ve üst kısımları dikişli içerisi dezenfekte edilebilir özel imalat ped'den yapılmış olmalıdır.
5. Üst ve alt yüzeyi statik deri ile kaplanmıştır.
6. Masa bağlantısı için ikinci bir aparata gerek duyulmamalıdır.
7. Ayak bağlama kayışı bağlantı aralıkları normal ve kilolu hastalar için kolaylıkla ayarlanabilmelidir.

Yrd. Doç. Dr. AYDIN KEHİ
CEZİPTE BİRLİKTE KALAN
Bsp. No: 03123954663