

KAROTİS SHUNT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Karotis shunt yumuşak, kink yapmayan özellikte ve düzgün yüzeyli bir malzemeden yapılmış olmalıdır.
1. Karotis shunt arter girişini kolaylaştırmak ve arterde travma riskini azaltmak üzere yuvarlatılmış, düz bir uca sahip olmalıdır.
2. Karotis shunt "T" kollu olmalıdır. T kolu aspirasyon, basınç takibi amaçlı kullanılabilirmeli, şantın çıkarılmasını kolaylaştırmalıdır. İsteğe bağlı düz shunt modeli de olmalıdır.
3. Max balon sıvı kapasitesi intarnal karotid için 0.25 cc, common carotid için 1.5 cc olmalıdır.
4. Karotis shunt 12 ± 2 cm uzunluğunda, 7F, 8F, 9F uç çaplı ve eşit uzunluklu olmalıdır.
5. Hasta profiline göre gerekirse 7F, 8F, 9F uç çaplı ölçüler arasında değişiklik yapılabilecektir.
6. Karotis shunt tekli ve steril paketlerde sunulmalıdır.
7. Ürünün birim ambalajı üzerinde sterilizasyon yöntemi, son kullanma tarihi belirtilmelidir.
8. Teklif veren firma teklif ettiği ürünle ilgili numuneyi istem yapan kliniğe teslim ederek onay almalıdır.
9. Teklif veren firma teklif ettiği malzemelerin UBB ve UTS bilgilerini faturayla birlikte teslim etmelidir.

Prof.Dr. Mustafa CERRAHOĞLU
Kalp Damar Cerrahisi ABD
Başkanı